



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 20/3/2020
Αρ.Πρωτ.:2906

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: p.ioannou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3/2020 έως τις 10 πμ**, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **10.000,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1311.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤ	ΤΙΜΗ	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΣΣΕΤΑΣ	50				
2	ΣΕΤ ΤΟΚΕΤΟΥ	50				
3	ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ LMA No 4	100				
4	Ρύγχη link yankAuer & με λαβή (σωλήνες αναρρόφησης με ρύγχος)	300				
5	Αντιμικροβιακοί τάπητες χειρουργείου	900				
6	Δοχεία απόρριψης βελονών μεγάλα 5,4 lt (πολύ ανθεκτικά ώστε να μην περνούν οι βελόνες)	160				
7	ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ	50				
8	Gel υπερήχου (κοιλίας & επιφανειακών οργάνων) σε συσκευασία 250 ml περίπου	100				
9	Θερμόμετρα ηλεκτρονικά και μπαταρίες αυτών	100				
10	Καπέλα χειρουργείου μ.χ με λάστιχο πίσω	1.000				
11	Καπέλα χειρουργείου μ.χ ανδρών με κορδόνι	500				
12	Μάσκες οξυγόνου απλές ενηλίκων με καλώδιο μήκους τουλάχιστον 2 m	300				

13	ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ- ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ μ.χ (ΒΑΛΒΕΣ) MEDIUM	200				
14	ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ LARGE	2.000				
15	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ.Χ ΚΛΙΝΩΝ 60Χ90	3.000				
16	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ Μ.Χ	10.000				
17	Ξυριστικές μηχανές Ιατρικές διπλής κοπής μ.χ	1.000				
18	Πεταλούδες ενηλίκων & ανηλίκων .Με βελόνη G19 μήκους 20mm	1.000				
19	Πεταλούδες ενηλίκων & ανηλίκων .Με βελόνη G21 μήκους 20mm	3.000				
20	Πεταλούδες ενηλίκων & ανηλίκων .Με βελόνη G23 μήκους 20mm	3.000				
21	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΜΧ	8.000				
22	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	5.000				
23	ΦΑΚΑΡΟΛΑ 10Χ25 ΜΕΤΡΑ Φακαρόλα ειδική ταινία περίδεσης τραχειοσωλήνα υφασμάτινη, βαμβακερή, πλάτους 10mm και μήκους 50m ή 100 m σε ρολό	10				
24	ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΑ ΣΕ ΡΟΛΟ	800				
25	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ	5.000				
26	ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	100				
27	Φίλτρα μετάγγισης αίματος: Εργαστηριακά πλύσεως με δύο συνοδούς ασκούς	24				
28	Βούρτσες καθαρισμού χεριών μ.χ χειρουργείου αποστειρωμένα	100				
29	Συσκευές μικροσταγόνων μονής ροής με ρυθμιστή ροής (βαρελάκι)	1.000				
30	Συσκευές μικροσταγόνων διπλής ροής για αντλία ABBOT	30				
31	ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΟΜΒΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 5 ΚΙΛΩΝ	80				
32	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PATCHES ΓΙΑ MONITOR(συσκ.600 τεμ.)	5000				
33	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	1000				
34	ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΤΥΠΟΥ Γ" 12 PLY(στρωσεων) 18 ΚΛΩΣΤΩΝ 10Χ10	6000				
35	ΔΟΧΕΙΑ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ	100				
36	ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ CRITICARE SYSTEMS 503 SPO2T ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ -ΒΡΕΦΗ	30				
37	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF NO 8	150				
38	ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΚ NO 7	5.000				
39	ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΑΛΚ NO 7,5	5.000				
40	ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2				

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το είδος α/α 2 SET τοκετού μιας χρήσεως, κάθε σετ θα περιλαμβάνει:

- Ένα υποσένδονο διαστάσεων 150 cm -200 cm
- Δύο ποδονάρια καλύψεως και μηρών διαστάσεων 80cm με 140 cm
- Δύο Τετράγωνα υποστήριξης περιναίου διαστάσεων 100 cm – 100 cm
- Ένα υποσένδονο με ενσωματωμένο ασκό συλλογής υγρών διαστάσεων
- Ένα εξτρα τετράγωνο διαστάσεων 100 cm με 150 cm

Για το είδος α/α 4 Ρύγχη link yankAuer & με λαβή (σωλήνες αναρρόφησης με ρύγχος)

Σωλήνες αναρρόφησης μήκους 1,80mm-2mm με αποσπώμενο ρύγχος το οποίο να διαθέτει οπή – control και άκρο με ελαία διατρητο να μην τραυματίζονται οι ιστοί. Με αποστειρωμένη συσκευασία, μ.χ. , απαραίτητο για αναρρόφηση υγρών σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Για το είδος α/α 17 Ξυριστικές μηχανές Ιατρικές διπλής κοπής μ.χ

- Να είναι άριστης ποιότητας από Α΄ ποιότητας υλικό κατασκευής ,μεγάλης αντοχής και μεγάλο μέγεθος , μονής και μ.χ (από τη μία πλευρά κοπής να υπάρχουν 2 λάμες – ξυραφάκια)

Για το είδος α/α 27 Φίλτρα μετάγγισης αίματος:

Εργαστηριακά φίλτρα κατακράτησης λευκών από συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια με δύο συνοδούς ασκούς και δυνατότητα εκούσιας πλύσης των λευκαφαιρεμένων Σ.Ε.

Τα παραπάνω φίλτρα θα πρέπει να κατακρατούν 99,99% λευκά ανά μονάδα ερυθρών και να περιέχουν:

- Φίλτρο κατακράτησης λευκών 4^{ης} γενιάς.
- Δύο ενσωματωμένους ασκούς, ο ένας για την συλλογή του διηθήματος και ο άλλος για τα απόβλητα.
- Ένα προφίλτρο κατακράτησης πηγμάτων.
- Δύο κώνους διάτρησης.
- Γραμμή κλειστού κυκλώματος για την εκούσια εισαγωγή του Nacl.
- Όλη η διαδικασία να γίνεται σε κλειστό σύστημα .
- Ο ασκός αποβλήτων να αποκόπτεται
- Απώλεια ερυθρών στο φίλτρο ελάχιστη
- Ο αριθμός των λευκών μετά την διήθηση να μην είναι μεγαλύτερος από 2×10^5 λευκά.
- Η εφαρμογή της διαδικασίας να είναι ευχερής.
- Να μην χρειάζεται αναστροφή του φίλτρου και η διάρκεια φιλτραρίσματος να μην υπερβαίνει τα 15΄.
- Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία.
- Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό για μικροβιολογικό, βιολογικό και φυσικοχημικό έλεγχο. Όλα τα φίλτρα να φέρουν ISO, CE, GMP.

Για το είδος με α/α 33 Βραχιολακία ενηλίκων

απαραίτητα για ασθενείς που νοσηλεύονται και προσέρχονται στο χειρουργείο. Αδιάβροχη θήκη μέσα στην οποία θα υπάρχει χαρτί με δυνατότητα εισόδου-εξόδου αυτού και θα περιέχει τα στοιχεία του ασθενούς. Απαραίτητες διαβαθμίσεις κλεισίματος στον καρπό.

A/A 34 Γάζα ακτινοσκιερή τύπου Γ΄ 12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X10

Να είναι 100% βαμβακερή απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.). Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληροί τους όρους του EN 14079:2003. Η γάζα να είναι 10x10 και 12 ply, να πληροί τα χαρακτηριστήρια για γάζα επί μέτρου.

Για το είδος με α/α 40 ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

1) Ο ασκός ανάνηψης να είναι στοιβαγής κατασκευής με διπλά μαλακά τοιχώματα από σιλίκονη, 100% latex-free, κατάλληλος για τεχνητή ανάνηψη ενηλίκων. Να συνοδεύεται από μάσκα με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή Νο 5.

2) Η μέγιστη παροχή αέρα να είναι 1300 ml. Ο μέγιστος όγκος της δεξαμενής οξυγόνου να είναι 1500 ml με απ΄ ευθείας προσαρμογή στον κυρίως ασκό δίχως επιπρόσθετα συνδετικά. Να διαθέτει βαλβίδα εισροής αέρα, οπή οξυγόνου με αντίστοιχη είσοδο.

3) Να διαθέτει αυτόματο σύστημα περιορισμού πίεσης. Η ελαστικότητα του εξωτερικού τοιχώματος να περιορίζει την πίεση του αέρα στα 70 cm H₂O, χωρίς απώλειες του παρεχόμενου όγκου αέρα όταν πιέζουμε τον ασκό κανονικά με το ένα χέρι. Να έχει την δυνατότητα απ΄ ευθείας προσαρμογής βαλβίδας PEEP.

4) Εξ΄ ολοκλήρου ο ασκός ανάνηψης να κλιβανίζεται στους 134 οC (συμπεριλαμβανομένου της δεξαμενής O₂ και της μάσκας).

5) Να υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης κάθε τμήματος της συσκευής σε περίπτωση βλάβης για την αποφυγή απόσυρσης ολόκληρης της συσκευής. Να κατατεθεί πλήρως αναλυτική λίστα ανταλλακτικών.

6) Να φέρει λωρίδα συγκράτησης ώστε να εξασφαλίζει το ασφαλές πιάσιμο του ασκού και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη συμπίεση με το ένα χέρι.

7) Να προσφερθούν προς επιλογή μάσκες πολλαπλών χρήσεων με αεροθάλαμο και διαφανή θόλο για τον οπτικό έλεγχο του ασθενή σε όλα τα νούμερα και να κλιβανίζονται στους 134 οC. Επίσης να προσφερθούν προς επιλογή reep-valve μιας χρήσης καθώς και πολλαπλών οι οποίες να κλιβανίζονται στους 134 οC.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ