



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 07-11-2022

Αρ. Πρωτ.: 11682

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού - Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682 3 61310
FAX: 2682 0 24837
E-mail: lina.mokou@prevezahospital.gr
Ταχ. Διεύθ.: Σελεύκειας 2, ΤΚ 48 100, Πρέβεζα

**ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 11-11-2022 και έως τις 11 πμ, σε κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος, για τα κάτωθι είδη προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου μας και για χρονική διάρκεια τριών μηνών, προϋπολογισμού 1.000,00€ για αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ πλύσεως συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1359.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί και θα τιμολογηθεί έως το τέλος του έτους, ήτοι έως 31-12-2022.

Οι τιμές για το προσφερόμενο είδος θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα, η κατάθεση προσφορών να είναι κατ'είδος.

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ANTI-A	5000			
2	ANTI-B	3000			
3	ANTI-c Monoclonal 5ml	1500			
4	ANTI-D	5000			

5	Anti-E monoclonal 5ml	625			
6	ANTI-C IgM Monoclonal 5ML/125 TESTS	625			
7	ANTI-e	1500			
8	ANTI- KELL	625			

Τεχνικές προδιαγραφές

Τα αντιδραστήρια για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση των αντιγονικών ομάδων των ερυθροκυττάρων και για εξετάσεις συμβατότητας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Να είναι ανθρώπινης προέλευσης και άριστης ποιότητας αντιοροί, κάτι που πιστοποιείται αφενός από την υψηλή συγγένεια και ειδικότητα τους, αφετέρου από τον τίτλο τους.
2. Να μην προκαλούν διασταυρούμενες αντιδράσεις η φαινόμενο προζώνης
3. Να έχουν υψηλή ευαισθησία ώστε να ανιχνεύονται ομάδες χαμηλής αντιγονικότητας, να είναι απαλλαγμένα δε μη ειδικών αντισωμάτων ώστε να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
4. Η προκαλούμενη αντίδραση να είναι καθαρή και εμφανής ώστε να αποφεύγονται λάθη αναγνώρισης και να γίνεται μέσα σε ένα λεπτό
5. Τα αντιδραστήρια χωρίς αραιώση να δίνουν σαφή συγκόλληση 3-4 σταυρών με εναιώρημα ερυθρών
6. Να έχουν αποδεκτό ποιοτικό έλεγχο από μεγάλους οργανισμούς (FDA, Paul Ehrlich).
7. Ο χρόνος ζωής να είναι μεγάλος και να μην είναι βραχύτερος του έτους από την στιγμή της παράδοσης του
8. Να αναφέρονται οι τίτλοι στους οποίους αντιδρούν οι προσφερόμενοι αντιοροί και να υποβληθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά
9. Πελατολόγιο
10. Να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

Ζητούνται:

Αντιδραστήρια που προσδιορίζουν την ομάδα

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.& Ο. ΥΠΗΡ.

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ