



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Πρέβεζα: 03/11/2023

Αρ. Πρωτ:11916

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Διεύθυνση.....:Διοικητικού- Οικονομικού
Τμήμα.....:Οικονομικό
Πληρ.....:Καρίπογλου Σ.
Τηλ.....:2682361310
Διεύθ.....:Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
Email.....:s.karipoglou@prevezahospital.gr

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την προμήθεια **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ** της **μαιευτικής κλινικής με CPV: 33162200-5 και ΚΑΕ 1899** του Γ. Ν. Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 11900/03-11-2023 Πρωτογενές Αίτημα για την προμήθεια **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με cpv 33162200-5** του Γ. Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά στο γραφείο προμηθειών έως 10/11/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., για την προμήθεια **ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ** της **μαιευτικής κλινικής με CPV:33162200-5** του Γ. Ν. Πρέβεζας συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: καθαρή αξία **2.177,42€ και 2.700,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» (**ΚΑΕ 1899**).

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	Περιγραφή είδους	ΤΜΧ	Αξία Μον.	Αξία Συνολική	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Βάλβες Kristeller Fig. 3 (προσθία 90x36mm,οπισθία 100x32mm), ζεύγος	4				
2	Βάλβες Kristeller Fig. 3 (προσθία 110x36mm,οπισθία 115x32mm), ζεύγος	4				
3	Μήλη μήτρας εύκαμπτη Sims 32cm,4mm	4				
4	Λαβίδα μονοδοντωτή (Μιζέ) Schroeder 25cm	10				
5	Λαβίδα θυριδωτή ευθεία Schroeder-Balleger 25cm	6				
6.1	Κηρία Hegar 1.5mm	1				
6.2	Κηρία Hegar 2.0mm	1				
6.3	Κηρία Hegar 2.5mm	1				
6.4	Κηρία Hegar 3.0mm	1				

6.5	Κηρία Hegar 3.5mm	1				
6.6	Κηρία Hegar 4.0mm	1				
6.7	Κηρία Hegar 4.5mm	1				
6.8	Κηρία Hegar 5.0mm	1				
6.9	Κηρία Hegar 5.5mm	1				
6.1 0	Κηρία Hegar 6.0mm	1				
6.1 1	Κηρία Hegar 6.5mm	1				
6.1 2	Κηρία Hegar 7.0mm	1				
6.1 3	Κηρία Hegar 7.5mm	1				
6.1 4	Κηρία Hegar 8.0mm	1				
6.1 5	Κηρία Hegar 8.5mm	1				
6.1 6	Κηρία Hegar 9.0mm	1				
6.1 7	Κηρία Hegar 9.5mm	1				
6.1 8	Κηρία Hegar 10.0mm	1				
6.1 9	Κηρία Hegar 10.5mm	1				
6.2 0	Κηρία Hegar 11.0mm	1				
6.2 1	Κηρία Hegar 11.5mm	1				
6.2 2	Κηρία Hegar 12.0mm	1				
6.2 3	Κηρία Hegar 12.5mm	1				
6.2 4	Κηρία Hegar 13.0mm	1				
6.2 5	Κηρία Hegar 13.5mm	1				
6.2 6	Κηρία Hegar 14.0mm	1				
7.1	Ξέστρο οξύ Recamier 31cm, fig.0, 6mm	2				
7.2	Ξέστρο οξύ Recamier 31cm, fig.2, 8mm	2				
7.3	Ξέστρο οξύ Recamier 31cm, fig.4, 11mm	2				
7.4	Ξέστρο οξύ Recamier 31cm, fig.6, 14mm	2				
7.5	Ξέστρο οξύ Recamier 31cm, fig.8, 16mm	2				
8.1	Ρύγχος αναρρόφησης διάμετρος 6mm, γυναικ. 29cm	1				
8.2	Ρύγχος αναρρόφησης διάμετρος 8mm, γυναικ. 29cm	1				
8.3	Ρύγχος αναρρόφησης διάμετρος 10mm, γυναικ.29cm	1				
8.4	Ρύγχος αναρρόφησης διάμετρος 12mm, γυναικ 29cm	1				
8.5	Συνδετικό για ως άνω	1				
10	Αιμοστατική λαβίδα ευθεία Pean-Rochester 18cm	3				
11	Αιμοστατική λαβίδα κυρτή Pean-Rochester 18cm	3				

12	Ψαλίδι κυρτό Mayo (Harrington)17cm	3				
13	Ψαλίδι ιστών κυρτό Metzenbaum 20cm	3				
14	Ψαλίδι χειρουργικό ευθύ αμβλύ/αμβλύ 16,5cm	3				
15	Ψαλίδι περνεοτομής Braun-Stadler 22cm	3				

Η τιμολόγηση και η παράδοση θα πρέπει να γίνει αυστηρά έως τις 15/12/2023.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

1. Τα εργαλεία να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.
2. Το όλο φινίρισμα και ιδίως στο εσωτερικό των σιαγόνων των εργαλείων και στις αρθρώσεις να είναι άριστο.
3. Να αποστειρώνονται σε κλίβανο στους 134°C .
4. Να πλένονται και να απολυμαίνονται με όλα τα γνωστά και εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά.
5. Τα εργαλεία να φέρουν :
6. Κωδικό εργοστασίου αντίστοιχο με του καταλόγου εργαλείων του ίδιου εργοστασίου.
7. Το εργοστάσιο κατασκευής.
8. Την επωνυμία της προσφέρουσας εταιρείας
9. CE MARK & DATA Matrix
10. Να υπάρχει ακριβής συμφωνία των μεγεθών μεταξύ των αιτούμενων ειδών με τα προσφερόμενα. Διαφορά των μεγεθών άνω +/- 2% θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
11. Να κατατεθεί πρωτότυπος κατάλογος εργοστασίου σε ηλεκτρονική μορφή ή/και σε έντυπη (hard copy).
12. Να μην προσφερθούν εργαλεία συγκεντρωτικών οίκων ή οίκου relabel αλλά μόνον του εργοστασίου κατασκευής.
13. Να κατατεθούν τα εξής πιστοποιητικά επίσημα επικυρωμένα :
 - ISO 13485 & ISO 9001 εργοστασίου κατασκευής.
 - ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04, της προμηθεύτριας εταιρίας.
 - Ανάλυση κράματος μετάλλου από τον κατασκευαστικό οίκο.
14. 8. Να κατατεθούν με την προσφορά αντιπροσωπευτικά δείγματα, τα οποία κάποια εξ' αυτών θα αποστειρωθούν στον κλίβανο για αν διαπιστωθεί η αντοχή τους τα οποία στην συνέχεια θα επιστραφούν μετά την αξιολόγησή τους.
15. 9. Να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης των εργαλείων με data Matrix (barcode).
16. 10. Να υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας των εργαλείων για δέκα (10) έτη και να κατατεθεί αντίστοιχη εγγύηση από τον Προμηθευτή ή /και Κατασκευαστή.
17. 11. Προσφορές ελλειπείς που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ζητούμενα είδη ή προσφορές ασαφείς ως προς την αντιστοιχία των προσφερόμενων ειδών με τα ζητούμενα θα απορρίπτονται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ