



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 25/05/2020
Αρ.Πρωτ.: 4844

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: Ιωάννου Π.

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

E-MAIL: p.ioannou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ(ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ) ΜΕ CPV 33141620-2 συνολικού προϋπολογισμού **2.500,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **Δευτέρα 01/06/2020 έως τις 11 πμ, σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **2.500,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 7131. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι ίσες ή κατώτερες της τελευταίας σύμβασης με το νοσοκομείο μας.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ
1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ(ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1					

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ(ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

1. Η συσκευή να είναι τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένη για οφθαλμολογική χρήση, κατάλληλη για αξιολόγηση οπτικής οξύτητας.
2. Να διαθέτει LCD οθόνη τουλάχιστον 19 ιντσών SXGA υγρών κρυστάλλων με μακράς διάρκειας φωτισμό φόντου, ανάλυση 1280 X 1024 pixels και φωτεινότητα 80-250cd/m. Φέρει παραστάσεις Landolt C, Tumbling E, Γράμματα, Αριθμοί, Παιδικές και μάσκες Μονό γράμμα, Οριζόντια γραμμή, ETDRS, Red-Green, test Amsler, Δυσχρωματοψία.
3. Η LCD οθόνη να προσφέρει προβολή παραστάσεων σε λευκό φόντο με ομοιόμορφη φωτεινότητα και υψηλή καθαρότητα.
4. Να παρέχει μάσκες μονού γράμματος και οριζόντιων/κάθετων γραμμών οι οποίες απεικονίζονται στο κέντρο της οθόνης. Επίσης ενσωματώνει τη διευκόλυνση της τυχαίας απεικόνισης παραστάσεων ώστε να

ξεπεραστούν ανακριβείς μετρήσεις που προκλήθηκαν από τη δυνατότητα του ασθενή να απομνημονεύει τις παραστάσεις.

5. Να έχει δυνατότητα μέτρησης της ευαισθησίας στην φωτοσκίαση σε τρία επίπεδα κάτω από την φυσιολογική ουδό ευαισθησίας.

6. Να έχει δυνατότητα επιλέξιμης απόστασης εργασίας από 1,5-2έως6-7,2m περίπου (0,05/2” διαβαθμίσεις) και το μέγεθος της παράστασης ρυθμίζεται αυτόματα στην επιλεγμένη απόσταση εργασίας.

7. Να έχει δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας.

8. Να διαθέτει ειδικούς τύπους παράστασης R/G, Dots, Αστιγματικό ρολόι, ETDRS, Phoria, Phoria με προσήλωση, Συμπτώσεις, Schober, Worth, κ.λπ.

9. Να συνοδεύεται από ασύρματο τηλεχειριστήριο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485/03 ή μεταγενέστερο(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
4. Με την τοποθέτηση του μηχανήματος να γίνει πλήρης εγκατάσταση και επίδειξη και απαραίτητως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών.
5. Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.
6. Να υπάρχει βεβαίωση για 10ετή τουλάχιστον τεχνική υποστήριξη και παρακαταθήκη ανταλλακτικών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ(ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ)

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ