



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα :28/05/2020

Αρ. Πρωτ.5006



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361310
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
Mail: p.ioannou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών αναπνευστήρων Oxylog Draeger του χώρου ανάνηψης των Ε.Ι. του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε **Mail ή κλειστό φάκελο** έως **04/06/2020 ημέρα Πέμπτη 11.00 π.μ** για την προμήθεια ανταλλακτικών αναπνευστήρων αναπνευστήρων Oxylog Draeger του χώρου ανάνηψης των Ε.Ι. του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού **1750,00€ συμπερ. ΦΠΑ (ΚΑΕ1439)**. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤ/ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΑΡ/ ΤΙΜΩΝ
1	Σετ αναπνευστικού κυκλώματος ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων προς χρήση με φορητό αναπνευστήρα της σειράς Oxylog 2000/3000 Draeger αποτελούμενο από α)σωλήνα αναπνοής από σιλικόνη 1,5 m και β)δύο γραμμές μέτρησης ροής 1,5 m έκαστη.	2					
2	Βαλβίδα αναπνοής Ventilation valve for Oxylog 2000/3000 Draeger προς χρήση με το κύκλωμα αναπνοής του φορητού αναπνευστήρα της σειράς Oxylog 2000/3000 Draeger πολλαπλών χρήσεων	1					
3	καπακι Ventilation valve for Oxylog 2000/3000 Draeger προς χρήση με το κύκλωμα αναπνοής του φορητού αναπνευστήρα της σειράς Oxylog 2000/3000 Draeger πολλαπλών χρήσεων.	3					

4	Αισθητήρας ροής διαφορικής πίεσης PPSU πολλαπλών χρήσεων, αποστειρούμενος και κλιβανιζόμενος προς χρήση με το κύκλωμα αναπνοής του φορητού αναπνευστήρα της σειράς Oxylog Draeger.	2					
5	Γωνιώδες συνδετικό προς χρήση με το κύκλωμα αναπνοής του φορητού αναπνευστήρα της σειράς Oxylog Draeger	2					
6	Κυβέτα καπνογραφίας (CO ₂) ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων για τους αισθητήρες καπνογραφίας του αναπνευστήρα της σειράς Oxylog Draeger (φορητός)	1					
7	<p>Πλήρες σετ αναπνευστικού κυκλώματος μιας χρήσης για τους αναπνευστήρες της Oxylog 3000/3000+2000+VE 300 plus Draeger, χωρίς Latex (υποαλλεργικό), αποτελούμενο από:</p> <p>α) σωλ.ηνα αναπνοής μήκους 1,5μ</p> <p>β) βαλβίδα εκπνοής</p> <p>γ) γραμμές μέτρησης ροής</p> <p>δ) αισθητήρα ροής</p> <p>ε) γωνιώδες συνδετικό διπλής περιστροφής.</p> <p>Επιπλέον πρέπει να είναι:</p> <p>α) κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ώστε να μην χρειάζεται αποστείρωση μετά την κατασκευή του.</p> <p>β) Κρικοειδές ώστε να μην τσακίζει.</p> <p>γ) χαμηλής αντίστασης μικρότερης των 2mbar (εισπνοή) και 6 mbar (εκπνοή) στα 60 L/min.</p> <p>δ) χαμηλής ενδοτικότητας μικρότερης των 15ml/mbar στα 60 mbar.</p> <p>ε) χαμηλής διαρροής μικρότερης των 50ml/min στα 60 mbar.</p>	1					

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφάλειας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Medical grade).
- Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./134/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ