



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:23/06/2020
Αρ.Πρωτ.: 6032



Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: p.ioannou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ CPV : 33190000-8 συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **Τετάρτη 01/07/2020 έως τις 12 πμ, σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ή σε E-MAIL** για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Οδοντιατρείου του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **500,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 7131. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

• Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝ.ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ
1	ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1					

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

- Να είναι τελευταίας τεχνολογίας με εργονομική σχεδίαση και να λειτουργεί με τάση 230V.
- Να λειτουργεί με διπλό μήκος κύματος και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα υλικά μήκους κύματος 405 nm και 460 nm.
- Να έχει σταθερή απόδοση Focus Plus 1.800mW/cm (high mode).
- Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τουλάχιστον 3 διαφορετικών ρυθμίσεων έντασης και μίας ήπιας εκκίνησης (soft start στα 20'' περίπου) για αποφυγή συστολής πολυμερισμού.
- Να διαθέτει χειρολαβή με γωνιακή σχεδίαση για καλύτερη πρόσβαση στα δύσκολα σημεία.
- Να διαθέτει λεπτό και περιστρεφόμενο ρύγχος 3300.

- Να διαθέτει βάση φόρτισης.
- Να διαθέτει οθόνη OLED.
- Να διαθέτει τρία (3) αποστειρώσιμα καλύμματα φακών εστίασης(Guide-Cap),για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης.
- Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία να αντικαθίσταται εύκολα από τον χειριστή.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
- Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark και να πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Medical grade). Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Τα προσφερόμενα να διατίθεται από αποκλειστικό αντιπρόσωπο που έχει EN ISO 9001/08 και ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ή μεταγενέστερο,που πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
- Να αναφέρεται η επίσημη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) χρόνια και η παρακαταθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων για δέκα (10)τουλάχιστον χρόνια.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ