



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 28/9/2020
Αρ.Πρωτ.:9158



Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
E-MAIL: lina.mokou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής για προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΣΕΙΣ» με CPV: 33141110-4 ΚΑΕ 1313 προϋπολογισμού 700,00 € συμπ. ΦΠΑ & CPV:33192000-2 ΚΑΕ1311 προϋπολογισμού 850,00 € συμπ. ΦΠΑ, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΡΙΤΗ **6/10/2020 έως τις 10 πμ**, με κλειστό φάκελο λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Νοσοκομείου Πρέβεζας.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15/12/202.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΣΥΝΤ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αυτοκόλλητη γάζα 7Χ6,(επίθεμα αυτοκόλλητο κάλυψης τραύματος με γάζα)	800					
2	Αυτοκόλλητη γάζα 10Χ10(επίθεμα αυτοκόλλητο κάλυψης τραύματος με γάζα)	1000					
3	Αυτοκόλλητη γάζα 10Χ20(επίθεμα αυτοκόλλητο κάλυψης τραύματος με γάζα)	800					
4	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15CM	1000					
5	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6CM	600					
6	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΣΩ ΓΥΨΟΥ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΤΥΡΟΥ ΟΡΘΟΡΑΝ 15CM	900					
7	ΓΥΨΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 10 CM	25					
8	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 5	150					

9	ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΗ 2,5X10	250					
10	ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ	50					

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΟΣ 1,2,3, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΓΑΖΑ (ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΑΖΑ)

Χρησιμοποιείται για τη μετεγχειρητική περιποίηση τραυμάτων αλλά και την αποστειρωμένη περιποίηση μικροτραυμάτων. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο για ασφαλή προστασία των τραυμάτων. Από μη υφασμένο υλικό με απορροφητική αντικολλητική γάζα για την απορρόφηση των εκκρίσεων χωρίς να κολλούν πάνω στο τραύμα και αυτοκόλλητο επίθεμα με υποαλλεργική συγκολλητική ουσία που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Η φαρδιά αυτοκόλλητη επιφάνεια περιμετρικά να διαθέτει ισχυρή συγκολλητική ισχύ ώστε το επίθεμα να τοποθετείται εύκολα και να στερεώνεται με σιγουριά.

ΕΙΔΟΣ 4,5 -ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ

Επίδεσμοι ελαστικοί να είναι υφασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητα τους να ανέρχεται σε 80%.Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νόρμα DIN EN ISO 2859.Η σύνθεση των επιδέσμων να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκές Νόρμες DIN EN ISO 2060/DIN 53830 T.3U.4 DIN 1049 7.2 και DIN 61632.Να είναι κατασκευασμένοι κατά το πλείστο από βαμβάκι (τουλάχιστον κατά 65%).Να επιμηκύνονται μετά τον τανυσμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ανθεκτικός στις εκκρίσεις να εφαρμόζει καλά στις καμπύλες του σώματος και να παραμένει στη θέση του. Να είναι αεροδιαπερατός και ιδιαίτερα φιλικός προς το δέρμα κατάλληλος για επιδέσεις σταθεροποίησης.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 7 ΓΥΨΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ

Συνθετικές γυψοταινίες-ταινίες εκμαγείων.

Επίδεσμοι συνθετικοί κατασκευασμένοι από πυκνά υφασμένο fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης. Να μην έχουν μικρή εξώθερμη αντίδραση. Να είναι διαπερατοί στον αέρα και ακτινοδιαπερατοί. Να διαβρέχονται πλήρως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 sec.Ο χρόνος πήξεως να μην είναι μεγαλύτερος των 3 έως 4 min.Να είναι συσκευασμένοι ατομικά σε συσκευασία αλουμινίου.Οι διαστάσεις να είναι 10 cm.

ΕΙΔΟΣ 8

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 5 CM

Επίδεσμοι γύψου 5 cm οι οποίοι δεν απαιτούν μεγάλο χρόνο εμβάπτισης και σταθεροποιούνται σε χρόνο μικρότερο των 5 λεπτών

ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΟΣ 9 ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘ. ΜΕΤΑΞΙ 2,5CM

Αυτοκόλλητη ταινία από μετάξι 2,5cmx10m±1cmx1m υποαλλεργική, να κόβεται εύκολα με το χέρι . Να κολλάει ισχυρά ιδιαίτερα σε στεγνό δέρμα , να αφαιρείται ανώδυνα και χωρίς να αφήνει υπολείμματα.

ΕΙΔΟΣ 10. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

-Να διαθέτει CE και να καλύπτει αποδεδειγμένα το πρότυπο EN 13795

-Το σετ να περιλαμβάνει:

- 1 κουρτίνα κάθετης απομόνωσης συνολικών διαστάσεων 235 X 320 cm, με αυτοκόλλητο τεμνόμενο οθώνιο, με σάκο συλλογής υγρών με ενσωματωμένο έλασμα για διατήρηση του ανοίγματος, με δίχτυ συγκράτησης και κάνουλα αποχέτευσης υγρών, με 2 διπλές θήκες για διαθερμία – αναρρόφηση, με

αυτοκόλλητη λωρίδα σε όλο το μήκος της άνω πλευράς για σταθερή τοποθέτηση στο πλαίσιο και 2 ταινίες velcro για συγκράτηση καλωδίων και σωλήνων.

- 1 ενισχυμένο κάλυμμα χειρ/κού τραπεζιού εργαλείων 140 X 190cm
- 1 πετσέτα χειρουργείου 33 X 33 cm περίπου

-Τα περιεχόμενα του σετ να είναι όλα μαζί τυλιγμένα στο κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού και να περιλαμβάνονται σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία.

-Να διατίθεται ατομικά συσκευασμένο και αποστειρωμένο σε διπλό χαρτοκιβώτιο, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του κάθε πεδίου κατά τη μεταφορά και αποθήκευση

Η κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες, είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, αποτελεί λόγο απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν4412/2016.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ