



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 24-08-2022

Αρ.Πρωτ. 8692

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ. Παντούλα Χ.

Τηλ.: 2682361311

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Mail: j.pantoula@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια **α)** Γυαλάκια Οξυγόνου για παιδιά /νεογνά 21m και **β)** Καθετήρες για αιμορραγία κισών οισοφάγου τύπου Sengstaken – Blakemore .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο, έως Τετάρτη 31/08/2022 και ώρα 11.00πμ στο γραφείο προμηθειών, για **α)** Γυαλάκια Οξυγόνου για παιδιά /νεογνά 21m και **β)** Καθετήρες για αιμορραγία κισών οισοφάγου τύπου Sengstaken – Blakemore, για την κάλυψη αναγκών των Τ.Ε.Π του νοσοκομείου, προϋπολογισμού 350,00€ για το είδος **α** και 950,00€ για το είδος **β** αντίστοιχα , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (κωδικός ΚΑΕ 1311).

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

- **ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ CPV: 33141000-0**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1	Ρινική διάταξη O ₂ , παιδιατρική/νεογνική 21m	50						

- **ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ CPV:33141200-2**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣ.	ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΑΞΙΑ	ΣΥΝ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΩΔ. ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
2	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ (Sengstaken-Blakemore)	5						

Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, αποτελεί λόγο απόρριψης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A/A .2 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΙΡΣΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΤΥΠΟΥ SEGSTAKEN - BLAKEMORE

Ρινογαστρικοί καθετήρες τύπου Sengstaken – Blakemore , για την αντιμετώπιση αιμορραγίας από κιρσούς οισοφάγου.

Οι καθετήρες θα πρέπει να έχουν μήκος 120εκ. να είναι μιας χρήσης , τριπλού αυλού, κατάλληλοι για αιμόσταση κιρσών οισοφάγου και θόλου στομάχου , να διαθέτουν γαστρικό μπαλόνι 400-500ml αέρα και οισοφαγικό μπαλόνι 30-45mm Hg.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ