



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 3-11-2022
Αρ.Πρωτ:11605

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικό-Οικονομικό
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Μώκου Λ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα
email lina.mokou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ : ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Προμήθεια επιδεσμικού υλικού για το Γ. Ν Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως ΤΡΙΤΗ 08/11/2022 τις 11:00 πμ για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη αναγκών των τμημάτων του νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον ΚΑΕ 1313.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Να αναφερθεί εάν είναι άμεσα διαθέσιμα:

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤ.ΠΟΣ.Ε ως ΤΙΣ 31-3-2023	ΠΑΡΑΤΗΡΗ-ΤΗΡΙΟ/ΠΡΟΗΓ ΣΥΜΒ	ΑΞΙΑ	ΣΥ-ΝΟΛ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟ-ΛΟ
1	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥ-ΨΟΥ 10 CM 01212/1653848	200	40.6.4/0,26					
2	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥ-ΨΟΥ 15 CM 01213/1653849	200	40.6.24/0,516					

4	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙ-ΔΕΣΜΟΙ 6 CM-1103 / 837867	500	4.4.46/0,0684					
5	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙ-ΔΕΣΜΟΙ 15 CM-1133/1597753	500	4.4.35/0,182					
6	ΓΥΨΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ 8CM-1618677	30	40.6.44/1,69					
7	ΓΥΨΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ 10CM-1618678	20	40.6.45/2,04					
8	ΓΥΨΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ 5CM-1618679	20	40.6.43/1,440					
9	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10X20-227593/10104	2000	4.5.4/0,0579					

Η κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες, είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους, αποτελεί λόγο απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν4412/2016.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 10 CM (Α/Α 1,2)

Επίδεσμοι γύψου 10 cm οι οποίοι δεν απαιτούν μεγάλο χρόνο εμβάπτισης και σταθεροποιούνται σε χρόνο μικρότερο των 5 λεπτών

ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΓΥΨΟΥ 15 CM

Επίδεσμοι γύψου 15 cm οι οποίοι δεν απαιτούν μεγάλο χρόνο εμβάπτισης και σταθεροποιούνται σε χρόνο μικρότερο των 5 λεπτών

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6 CM, 15 CM (Α/Α 4,5)

Επίδεσμοι ελαστικοί να είναι υφασμένοι από εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερά και ελαστικά νήματα χωρίς ενώσεις. Η ελαστικότητα τους να ανέρχεται σε 80%. Οι παρυφές τους να είναι υπό μορφή ούγκιας χωρίς ατέλειες (ξέφτια) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νόρμα DIN EN ISO 2859. Η σύνθεση των επιδέσμων να είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκές Νόρμες DIN EN ISO 2060/DIN 53830 T.3U.4 DIN 1049 7.2 και DIN 61632. Να είναι κατασκευασμένοι κατά το πλείστο από βαμβάκι (τουλάχιστον κατά 65%). Να επιμηκύνονται μετά τον τανυσμό στο αρχικό μήκος. Να είναι ανθεκτικός στις εκκρίσεις να εφαρμόζει καλά στις καμπύλες του σώματος και να παραμένει στη θέση του. Να είναι αεροδιαπερατός και ιδιαίτερα φιλικός προς το δέρμα κατάλληλος για επιδέσεις σταθεροποίησης.

ΓΥΨΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ (Α/Α 6,7,8)

Συνθετικές γυψοταινίες-ταινίες εκμαγείων.

Επίδεσμοι συνθετικοί κατασκευασμένοι από πυκνά υφασμένο fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης. Να μην έχουν μικρή εξώθερμη αντίδραση. Να είναι διαπερατοί στον αέρα και ακτινοδιαπερατοί. Να διαβρέχονται πλήρως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 sec. Ο χρόνος πήξεως να μην είναι μεγαλύτερος των 3 έως 4 min. Να είναι συσκευασμένοι ατομικά σε συσκευασία αλουμινίου. Οι διαστάσεις να είναι 5 και 10 cm.

Συνθετικοί νάρθηκες –OPTIMA SPLINT.

Να αποτελούνται από 8 στρώματα πυκνά υφασμένο fiberglass εμποτισμένο με ρητίνη πολυουρεθάνης καλυμμένο πλήρως με βάτα από όλες τις πλευρές. Να μην έχουν μικρή εξώθερμη αντίδραση. Να είναι διαπερατοί στον αέρα και ακτινοδιαπερατοί. Να διαβρέχονται πλήρως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 sec. Ο χρόνος πήξεως να μην είναι

μεγαλύτερος των 3 έως 4 min. Να είναι συσκευασμένοι ατομικά σε συσκευασία αλουμινίου. Οι διαστάσεις να είναι 8 cm.

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΤΑΧΥΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (Α/Α 9)

Χρησιμοποιείται για τη μετεγχειρητική περιποίηση τραυμάτων αλλά και την αποστειρωμένη περιποίηση μικροτραυμάτων. Επίθεμα γάζας αυτοκόλλητο αποστειρωμένο για ασφαλή προστασία των τραυμάτων. Από μη υφασμένο υλικό με απορροφητική αντικολλητική γάζα για την απορρόφηση των εκκρίσεων χωρίς να κολλούν πάνω στο τραύμα και αυτοκόλλητο επίθεμα με υποαλλεργική συγκολλητική ουσία που επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει. Η φαρδιά αυτοκόλλητη επιφάνεια περιμετρικά να διαθέτει ισχυρή συγκολλητική ισχύ ώστε το επίθεμα να τοποθετείται εύκολα και να στερεώνεται με σιγουριά.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ & Ο. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ