



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 28/11/2022
Αρ.Πρωτ 12532

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση :Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: Μώκου Λ.

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

E-Mail: lina.mokou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Α) Ψυγείο φαρμάκων (2 τεμ.) και Δίφυλλο ψυγείο για τη φύλαξη αντιδραστηρίων με CPV 39711130-9 συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και 5.828,00 συμπ. Φ.Π.Α αντίστοιχα Β) Προμήθεια Κλίβανου FLASH με cρν 33152000-0 συνολικού προϋπολογισμού 12.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την **ΤΕΤΑΡΤΗ 07/12/2022 στις 11:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών** για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου , συνολικού προϋπολογισμού για την προμήθεια των ψυγείων φαρμάκου 3.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια δίτορτου ψυγείου 5.828,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και για την προμήθεια Κλιβάνου FLASH 12.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Οι προσφορές υποβάλλονται για κάθε είδος χωριστά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

A)

- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι

αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

B) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
 - Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
 - Διαχειριστές Ε.Π.Ε
 - Διαχειριστές ΙΚΕ
 - Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
 - Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
 - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
- Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)

1. **Για την καταβολή φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. **Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.**
2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.**
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Η προσφέρουσα εταιρία επίσης προσκομίζει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 1

Τεχνικές Προδιαγραφές για φαρμακευτικό ψυγείο

1. Να είναι κάθετου τύπου 2°C έως 8°C, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +16°C έως +32°C,
2. Χωρητικότητας 115-120 λίτρων.
3. Να είναι κλιματικής κλάσης N.

4. Η περιοχή ρύθμισης της θερμοκρασίας του να είναι από 2°C έως 8°C με ακρίβεια ρύθμισης 0,1°C.
5. Προβολή της θερμοκρασίας να είναι με ακρίβεια 0,1°C.
6. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις (Π×Β×Υ): 590-600×630-640×800-810mm (±2cm)
7. Να έχει εσωτερικές διαστάσεις (Π×Β×Υ): 510-520×410-420×620-640mm (±2cm)
8. Να περιλαμβάνει τρία (3) ράφια και ένα (1) συρτάρι.
9. Να διαθέτει αυτόματη απόψυξη.
10. Η ψύξη να επιτυγχάνεται με βεβαιωμένη κίνηση του αέρα.
11. Να λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα, με Επίπεδο θορύβου: ≤41dB.
12. Η λειτουργία να ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή.
13. Να διαθέτει οπτικοακουστικό συναγερμό για τα ακόλουθα:
 - Υψηλής/χαμηλής θερμοκρασίας
 - Απώλειας τάσης
 - Βλάβης του αισθητήρα
 - Χαμηλής μπαταρίας
 - Ανοιχτής πόρτας
14. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ενδείξεων LED.
15. Να μπορεί να δεχθεί απομακρυσμένο συναγερμό.
16. Να διαθέτει κλειδαριά.
17. Να διαθέτει τροχούς και πόδια σταθεροποίησης.
18. Να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό φιλικό προς το περιβάλλον HC, CFC-free.
19. Η ισχύς του να είναι 230W.
20. Να λειτουργεί με τροφοδοσία ρεύματος 220-240V, 50Hz.
21. Να διαθέτει οπή για είσοδο εξωτερικών αισθητηρίων.
22. Η συσκευή να διαθέτει **CE mark**.
23. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει **ISO 9001:2015&ISO 13485:2016**.
24. Ο προμηθευτής να διαθέτει **ISO 9001:2015&ISO 13485:2016**.

ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 2**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΟΡΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ**

1. Να διαθέτει εξωτερική κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με επεξεργασία κατά της διάβρωσης και επικαλυμμένο με λευκό φιλμ PVC. Επιπρόσθετα η εσωτερική κατασκευή του να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα γυαλισμένο (τύπου Scotch-Brite).
2. Οι εξωτερικές του διαστάσεις του να είναι περίπου 1400x800x1990 (ΠxBxY mm) και βάρος περίπου 200-230Kgr
3. Να διαθέτει μόνωση πάχους 60 mm με έγχυση υψηλής πυκνότητας οικολογικού αφρού πολυουρεθάνης CFC-free για εξαιρετική διατήρηση των προϊόντων και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
4. Να διαθέτει δύο (2) γυάλινες πόρτες με αυτόματο κλείσιμο (διπλό γυαλί χαμηλής εκπομπής), με μαγνητικό λάστιχο και στις 4 πλευρές για τέλειο κλείσιμο. Επιπλέον οι θύρες του οργάνου να διαθέτουν 2 κλειδαριές με κλειδί (κάθε κλειδαριά να διαθέτει κατ' ελάχιστο δύο αντικλειδιά).
5. Να διαθέτει φωτισμό τύπου LED (κατανάλωση έως 70% χαμηλότερη, οικολογικό) με αυτόματο άναμμα με το άνοιγμα της πόρτας και με εξωτερικό διακόπτη.
6. Να συνοδεύεται από οκτώ (8) ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα ρυθμιζόμενα σε ύψος.
7. Να διαθέτει τέσσερις (4) ρόδες με δύο (2) πόδια σταθεροποίησης ρυθμιζόμενα.
8. Να έχει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ανάμεσα +2°C και +12° C. Εργοστασιακή ρύθμιση στους +4°C και ψηφιακά ρυθμιζόμενη ανά 0,1°C.
9.
 - i) Το σύστημα ψύξης του να είναι πλήρως σφραγισμένος, αθόρυβος και υψηλής απόδοσης συμπίεσής και αεριζόμενος συμπυκνωτής (κατάλληλο και για τροπικές χώρες) τοποθετημένος στην οροφή.
 - ii) Να διαθέτει εσωτερικό αεριζόμενο εξατμιστή και το σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα να διασφαλίζει την ομοιομορφία της θερμοκρασίας μέσα στο θάλαμο.
 - iii) Ο ανεμιστήρας να σταματάει με το άνοιγμα της πόρτας και το ψυκτικό υγρό να είναι οικολογικό CFC free R452a.
 - iv) Να διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένος κύκλος απόψυξης με αυτόματη εξάτμιση των συμπυκνωμάτων.
9. Η χωρητικότητα του να είναι περίπου 1400 lt
10. Το όργανο να λειτουργεί σε τάση 230V και συχνότητα 50 Hz και η κατανάλωσή του να είναι περίπου 490 Watt
11. Το όργανο να διαθέτει Πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή με εύκολη στην ανάγνωση ψηφιακή οθόνη που να εμφανίζει:
 - i) το μενού
 - ii) τη θερμοκρασία
 - iii) την επιλεγμένη θερμοκρασία
 - iv) ημερομηνία και ώρα
 - v) μοντέλο ψυγείου
 - vi) άνοιγμα και κλείσιμο μόνο με χρήση κωδικού και συνεχής παρακολούθηση θερμοκρασίας με εμφάνιση της επιλεγμένης και των συναγερμών στην οθόνη, μέσω αισθητήρα PT1000.
12. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς
 - i) Υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας (ρυθμιζόμενοι)
 - ii) ανοιχτής πόρτας
 - iii) αποτελεσματικότητας συμπυκνωτή
 - iv) προβλήματος στα αισθητήρια
 - v) πτώσης τάσης
 - vi) χαμηλής μπαταρίας

- vii) επαφές απομακρυσμένου συναγερμού (Dry contact)
13. Να διαθέτει θύρα USB για εξαγωγή δεδομένων θερμοκρασίας και συναγερμών ή επανεκκίνηση του συστήματος.
14. Να διαθέτει τουλάχιστον 45000 καταχωρήσεις που αφορούν καταγραφή δεδομένων θερμοκρασίας και συναγερμών και εξαγωγή τους σε USB.
15. Το όργανο να διαθέτει **CE Mark** και να είναι σε συμφωνία με τα πρότυπα **2014/35/UE, Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/UE**
16. Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας **ISO9001:2015, ISO13485:2016**.

➤ **Προαιρετικά να συνοδεύεται από:**

- Συρτάρια τηλεσκοπικά από ανοξείδωτο χάλυβα
- Σύστημα αποστολής μηνυμάτων συναγερμού μέσω GS
- Θύρα δικτύου LAN για σύνδεση μέσω internet σε PC για παρακολούθηση σωστής λειτουργίας

ΕΙΔΟΣ ΜΕ Α/Α 3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1. Ο κλίβανος να είναι νέας τεχνολογίας Class S και σχεδιασμένος βάσει των Ευρωπαϊκών και Διεθνών STANDARDS για τους επιτραπέζιους κλιβάνους αποστείρωσης, **ISO 13485, EN 61010-1, EN 61010-2-040, EN 60601-1-2, EN ISO 14971, EN 62304, EN 13060, EN 61326-1:2013**
2. Να είναι μικρών διαστάσεων περίπου (ΜxΠxΥ) 60cm x 41cm x 19cm και βάρους περίπου 33kg (χωρίς νερό).
3. Να διαθέτει αυτόματο σύστημα παραγωγής ατμού.
4. Να αφαιρεί εξ'ολοκλήρου τον αέρα από τον θάλαμο, με θετική πίεση.
5. Να διαθέτει οθόνη αφής υγρών κρυστάλλων (LCD) τουλάχιστον 3.5", όπου να είναι διαθέσιμες πληροφορίες όπως: ημερομηνία / ώρα, επιλογή γλώσσας, επιλογή προγράμματος (κύκλων αποστείρωσης), κατάσταση κύκλου αποστείρωσης, αριθμός κύκλων αποστείρωσης καθώς και τυχόν δυσλειτουργίες.
6. Να είναι κατάλληλος για αποστείρωση στερεών και πορωδών υλικών, ελαστικά / πλαστικά, κοίλων & κυρτών εργαλείων, θερμοευαίσθητων αλλά και άκαμπτων ενδοσκοπίων με ή χωρίς περιτύλιγμα.
7. Να διαθέτει τουλάχιστον **πέντε (5) προγράμματα** (κύκλους) πλήρους αποστείρωσης για μη περιτυλιγμένα / περιτυλιγμένα υλικά στους 134°C (3.5min έως 18min) και τουλάχιστον **δύο (2) προγράμματα** (κύκλους) πλήρους αποστείρωσης για πλαστικά / ελαστικά στους 121°C (15min έως 30min) ταχείας αποστείρωσης συνδυασμένη με ταχύ στέγνωμα μέσω τεχνολογίας **Dri-Tec Drying**.
Ο συντομότερος κύκλος αποστείρωσης να μην υπερβαίνει τα 9 min.
8. Να διαθέτει ξεχωριστό πρόγραμμα για στέγνωμα των εργαλείων (ξηρού αέρα) διάρκειας έως 15min με δυνατότητα στο χρήστη να διακόψει τον πρόγραμμα στεγνώματος όταν το επιθυμεί.
9. Για λόγους προστασίας να μπορεί να δεχτεί έως **τέσσερις (4) κωδικούς πρόσβασης** – PIN – (χρήστες) σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί.

10. Να διαθέτει σύστημα ελέγχου της ποιότητας του νερού το οποίο θα απαγορεύει την έναρξη του κύκλου σε περίπτωση που η αγωγιμότητα του υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.
11. Να διαθέτει μνήμη για τον συνολικό αριθμό των αποστειρώσεων.
12. Να διαθέτει μικροεπεξεργαστή ο οποίος να ελέγχει όλες τις λειτουργίες εξαλείφοντας τα περιθώρια λάθους.
13. Να διαθέτει θύρα USB για μεταφορά δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί στον κλίβανο και τη μεταφορά τους σε Η/Υ. **Να συνοδεύεται από ένα (1) στικάκι μνήμης USB.**
14. Να διαθέτει θύρα RS232 για σειριακή μετάδοση δεδομένων ή / και χρήση εξωτερικού εκτυπωτή.
15. Να διαθέτει θύρα δικτύου (10/100 Base-T Ethernet port) ενσύρματης τοπικής δικτύωσης για πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, αρχειοθέτηση, έλεγχο, επεξεργασία, ιστορικό και εκτύπωση όλων των εγγράφων αποστείρωσης μέσω web portal. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης και με ασύρματο δίκτυο (wireless).
16. Να διαθέτει σύστημα ασφάλειας από υπερθέρμανση.
17. Να περιλαμβάνεται στο σύστημα **ένας (1) αποσπώμενος θάλαμος αποστείρωσης ενδοσκοπίων 5.5L**, τύπου κασέτας από ανοξείδωτο ατσάλι, με ράφι (πλέγμα) για μη περιτυλιγμένα υλικά με προστατευτικές θήκες από σιλικονούχο λάστιχο για ενδοσκόπια διαμέτρων 2.8mm – 10mm. Οι διαστάσεις του αποσπώμενου θαλάμου να είναι περίπου (ΜxΠxΥ) 56.5cm x 19.5cm x 8cm και να διαθέτει ενσωματωμένη χειρολαβή για την ασφαλή μεταφορά του.
18. Η κασέτα να μπορεί να χρησιμοποιεί έως δέκα (10) πλάκες για την ενίσχυση της διαδικασίας στεγνώματος για περιτυλιγμένα υλικά για εξαίριση της ανάγκης χρήσης ξεχωριστού ραφίου. **Να περιλαμβάνονται πέντε (5) πλάκες ενίσχυσης στεγνώματος** με τον κλίβανο.
19. Να συνοδεύεται από **ένα (1) μπουκάλι στεγνωτικό υγρό κασέτας** με ψεκαστήρα για την ενίσχυση της διαδικασίας ξήρανσης.
20. Να διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο τοποθέτησης αποσταγμένου νερού και εξωτερικό αποσπώμενο δοχείο αποχέτευσης με ειδική αντίσταση για την υδροποίηση του ατμού.
21. Να διαθέτει φίλτρο αέρα και μικροβιολογικό φίλτρο.
22. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο **(2) έτη**.
23. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο **ανταλλακτικά του κλιβάνου για δέκα (10) τουλάχιστον έτη** από την παράδοση αυτού.
24. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, για την συντήρηση των μηχανημάτων και υποχρεούται να αναλάβει την πλήρη εκπαίδευση των χρηστών και τεχνικών για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α
1	Ψυγείο φαρμάκων.	2				
2	Δίφυλλο ψυγείο για τη φύλαξη αντιδραστηρίων.	1				
3	Κλίβανος Flash	1				

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ζητούμενα είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα με παράδοση και τιμολόγηση το αργότερο έως 31-12-2022.

Στην οικονομική προσφορά πρέπει να αναφέρεται ρητώς χρόνος παράδοσης των ειδών. Σε περίπτωση που η προσφορά προβλέπει μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης από τον ανωτέρω θα απορρίπτεται.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ