



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα: 30-11-2022  
Αρ.Πρωτ. 12623

## **Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: Γούση Γ.

Τηλ.: 2682361310

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

Email: g.gousi@prevezahospital.gr

### **ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Ζυγός φιαλών αίματος ακριβείας και χειροκίνητου συμπιεστή πλάσματος με crn 33100000-1 συνολικού προϋπολογισμού 550,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ και 350,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ αντίστοιχα για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Τρίτη 06/12/2022 σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου έως τις 10.00 π.μ , για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (ΚΑΕ 7131).

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός

### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ζυγός φιαλών αίματος ακριβείας και χειροκίνητο συμπιεστή πλάσματος ΖΥΓΟΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ**

- Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη 6 ψηφίων υγρών κρυστάλλων
- Να έχει αδιάβροχο πληκτρολόγιο
- Να έχει ανοξείδωτο τάσι 32\*25 cm
- Να παίρνει μέτρηση απόβαρου
- Να έχει λειτουργία Auto-zero με παράλληλη λειτουργία πλήκτρου Zero
- Να έχει εσωτερική μπαταρία με διάρκεια αυτονομίας 30 ώρες
- Να διαθέτει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και σε συνεργασία με δεύτερο ζυγό, για την ισοζύγισή ασκών προς φυγοκέντρωση

Προαιρετικά:

- Να έχει αποσπώμενη οθόνη ένδειξης βάρους
- Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με H/Y( RS232)
- Ο πρόγραμμα εκτύπωσης αυτοκόλλητων ετικετών

#### **ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ**

- Να είναι ανοξείδωτος
- Να διαθέτει μηχανικό πίεστρο με ενισχυμένα ελατήρια με δυνατότητα αυξομειώσεως της πίεσης
- Να διαθέτει επιφάνεια πίεσεως που είναι διαφανής, για να υπάρχει οπτική επαφή με το προς μεταφορά υλικό

- Να έχει μεγάλη βάση για να εξασφαλίζει σταθερότητα στους χειρισμούς
- Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή
- Να έχει 4 πόδια στήριξης
- Οι διαστάσεις του να είναι περίπου 25\*25\*25
- Το βάρος του να μην ξεπερνάει τα 4 κιλά

**ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ</b>						
A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
1	Ζυγός φιαλών αίματος ακριβείας	1 τεμ				
2	χειροκίνητο συμπιεστή πλάσματος	1 τεμ				

Προσοχή τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και τιμολογημένα το αργότερο έως 30-12-2022

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**