



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση:Διοικητικού-Οικονομικού

Τμήμα.....: Οικονομικό

Πληρ.....: Γούση Γ.

Τηλ.....: 2682361310

Fax.....: 2682024837

Mail: g.gousi@prevezahospital.gr

ΑΔΑΜ: 23PROC012743661

Πρέβεζα:24/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 5712

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών προμήθειας «Ιατρική Γάζα» με CPV: 33141114-2 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής..

ΣΧΕΤ. Το με αριθμ. πρωτ. 5706/24-05-2023 Αίτημα «Ιατρική Γάζα με CPV: 33141114-2.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε **κλειστό φάκελο** στο γραφείο προμηθειών έως **31/05/2023 ημέρα Τετάρτη 11.30 πμ**, προμήθειας «Ιατρικής Γάζας» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος , συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» (ΚΑΕ 1311).

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α)

- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει **από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ)**, αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την

υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

B) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφασή είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος ,Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

Γ)

1. **Για την καταβολή φόρων**, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
2. **Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
3. **Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,**

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων , κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

Δ)

1. Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος

θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

2. για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
3. Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΖΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Γάζα απλή υδρόφιλη σε πακέτο των 100 m	ΠΑΚΕΤΑ	80
2	Γάζα ακτινοσκιερή τύπου Α'12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X20	TEMAXIA	40000
3	Γάζα μη ακτινοσκιερή τύπου Α'12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X20.	TEMAXIA	70000
4	Γάζα ακτινοσκιερή τύπου Γ'12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X10	TEMAXIA	15000
5	Γάζα μη ακτινοσκιερή τύπου Γ'12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X10	TEMAXIA	70000
6	Γάζα Λαπαροτομίας ακτινοσκιερή 40X40	TEMAXIA	10000

7	Γάζα Λαπαροτομίας μη ακτινοσκοιερή 40X40	TEMAXIA	15000
8	Τολύπια ακτινοσκοιερά στρόγγυλα 40X40	TEMAXIA	4000
9	Γάζα ακτινοσκοιερή με το μέτρο	METPA	1000
10	Μαιευτικά Γυναικολογικά ταμπόν γάζας ακτινοσκοιερά 7 cm 4ply σε ρολό.	METPA	1000
11	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ 10 x 10 cm	TEMAXIA	500
12	ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΟ -ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ SULFATHIAZINE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ , ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΥΔΡΟΦΥΛΗ , 10X10 , ΑΠ'Ο CENTELLA και URTICA	TEMAXIA	300
13	μη αποστειρωμένα τολύπια (κουκουτσάκια) 8x8	TEMAXIA	2000
14	μη αποστειρωμένα τολύπια (κουκουτσάκια) 12x12	TEMAXIA	2000

α/α 1 Γάζα απλή υδρόφιλη σε πακέτο των 100 m

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος **πυκνής** ύφανσης, που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα, παραφάδες, συσσωματώματα, κλωστών κλπ), και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιαδήποτε ουσία (μηχανέλαια κλπ).

Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξοφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη είναι 90 μοίρες).

Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του προτύπου EN 14079:2003 ήτοι:

1. Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm²) : 18
2. Κλωστές ανά στήμονα ανά 10 εκατοστά : 100+5
3. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση του στήμονα: 50
4. Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά :80+5
5. Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newton's ανά 5 εκατοστά στη διεύθυνση της κρόκης: 30
6. Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m²): 24

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(±1%) εκατοστά και μήκος 100 (±1%) μέτρα (m).

Οι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ZIK ZAK) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.

Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

- 1.Το στοιχείο του εργοστασίου παρασκευής
- 2.Το είδος του περιεχομένου
- 3.Η ημερομηνία παραγωγής
- 4.Ο αριθμός παρτίδας
- 5.Οι διαστάσεις (μήκος –πλάτος)
- 6.Ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας
- 7.Η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη
- 8.Η σήμανση πιστότητας CE.

α/α 2 Γάζα ακτινοσκιερή τύπου Α'12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X20

Να είναι 100% βαμβακερή **πυκνής** ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.)

Η γάζα να είναι 10x20 και 12 ply, να πληροί τα χαρακτηρίστηκα για γάζα επί μέτρου. Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλώστη περιεκτικότητας τουλάχιστον 40% θεϊκού βαρίου ανά 30εκ ύφανσης.

α/α 3 Γάζα μη ακτινοσκιερή τύπου Α'12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X20

Να είναι 100% βαμβακερή **πυκνής** ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.)

Η γάζα να είναι 10x20 και 12 ply, να πληροί τα χαρακτηρίστηκα για γάζα επί μέτρου.

α/α 4 Γάζα ακτινοσκιερή τύπου Γ'12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X10

Να είναι 100% βαμβακερή **πυκνής** ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.). Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλώστη, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληροί τους όρους του EN 14079:2003. Η γάζα να είναι 10x10 και 12 ply, να πληροί τα χαρακτηρίστηκα για γάζα επί μέτρου.

α/α 5 Γάζα μη ακτινοσκιερή τύπου Γ'12 ply (Στρώσεων) 18 κλωστών 10X10

Να είναι 100% βαμβακερή **πυκνής** ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.). Ως προς τον αριθμό των κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να πληροί τους όρους του EN 14079:2003. Η γάζα να είναι 10x10 και 12 ply, να πληροί τα χαρακτηρίστηκα για γάζα επί μέτρου.

α/α 6 Γάζα Λαπαροτομίας ακτινοσκιερή 40X40

Να είναι 100% βαμβακερή **πυκνής** ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.). Να φέρει μια ακτινοσκιερή κλώστη, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου, ανά 30εκ. υφάσματος. Να έχει διαστάσεις 40x40εκ. η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρος. Να φέρει κορδόνι ασφάλειας καλά ραμμένο.

α/α 7 Γάζα Λαπαροτομίας μη ακτινοσκιερή 40X40

Να είναι 100% βαμβακερή **πυκνής** ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιοδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.). Να έχει διαστάσεις 40x40εκ. η γάζα να είναι τουλάχιστον 18 κλωστών και 24γρ βάρος. Να φέρει κορδόνι ασφάλειας καλά ραμμένο.

α/α 8 Τολύπια ακτινοσκοιερά στρόγγυλα 40X40

Τολύπια ακτινοσκοιερά στρόγγυλα 40X40 από γάζα κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079:2003

α/α 9 Γάζα ακτινοσκοιερή με το μέτρο

Να είναι 100% βαμβακερή πυκνής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση και να πληροί τους όρους EN 14079:2003 και ειδικότερα να είναι άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχασίματα, παραφασάδες και μπερδεμένες κλωστές κ.λ.π.) και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσία (μηχανέλαια κ.λ.π.)

Να φέρει μια ακτινοσκοιερή κλώστη περιεκτικότητας τουλάχιστον 40% θεϊκού βαρίου ανά 30εκ ύφανσης.

α/α 10 Μαιευτικά Γυναικολογικά ταμπον γάζας ακτινοσκοιερά

7 cm 4play σε ρολό 1000m

α/α 13 και 14 Μη αποστειρωμένα τολύπια (κουκουτσάκια) 8x8 και 12 x12

Να είναι κατασκευασμένα από μονοκόμματα γάζα από 100% βαμβάκι, λευκασμένη χωρίς χλώριο

Να είναι πολύ σφιχτά τυλιγμένα

Να είναι 24 κλωστών/ cm²

Να πληρούν το πρότυπο EN14079

Να φέρουν, πλεγμένη ανάμεσα στη γάζα, ακτινοσκοιερή ίνα με περιεκτικότητα σε θεϊκό βάριο 60%

Να φέρουν CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΕ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και να είναι ταξινομημένα ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα κλάσης ΙΙα

Να είναι συσκευασμένα σε σφραγισμένο χαρτοκιβώτιο, για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	<u>ΕΤΗΣΙΑ</u> ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ	ΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΦΠΑ	ΛΕΙΑ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.
1						
	ΣΥΝΟΛΑ					

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

