



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΔΑΜ : **23PROC013859074**

Πρέβεζα: 29-11-2023

Αρ.Πρωτ.: 13000



Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση: Διοικητικού – Οικονομικού

Τμήμα: Οικονομικό

Πληρ.: Μώκου Λ.

Τηλ.: 2682361308

Φαξ: 2682024837

Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

E-MAIL: lina.mokou@prevezahospital.gr

**ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) πολυθρονών χωρίς ζυγό και μιας (1) πολυθρόνας με ζυγό , για τις ανάγκες των ασθενών της MTN, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α για τις ανάγκες του Γ. Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική, τεχνική προσφορά έως την **ΠΕΜΠΤΗ 07/12/2023 στις 11:30 π.μ και με ώρα διενέργειας 13.00 μμ, σε κλειστό φάκελο στην διεύθυνση: Γραφείο προμηθειών του Γ. Ν. Πρέβεζας, Σελευκείας 2, Πρέβεζα**, για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου , συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια τεσσάρων (4) πολυθρονών χωρίς ζυγό και μιας (1) πολυθρόνας με ζυγό για ΚΑΕ 7131.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromty.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°

Αντικείμενο

Αφορά την προμήθεια τεσσάρων (4) πολυθρονών χωρίς ζυγό και μιας (1) πολυθρόνας με ζυγό , για τις ανάγκες των ασθενών της MTN, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α με CPV 33193120-6 για τις ανάγκες του Γ. Ν. Πρέβεζας.

Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και να αναγράφεται στην προσφορά.

Άρθρο 2°

Ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / 8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών

και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24 /ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και των τροποποιήσεων του.

- του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- τον Νόμο 1397/1983 - ΦΕΚ 143/Α/7-10-1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ.143/Α'/2014) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις
- του Ν. 4013/2011 «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
- Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
- του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- Τον προϋπολογισμό του Γ. Ν. Πρέβεζας του 2023.
- Το με αρ 35/30-11-2022 (θέμα 3) πρακτικό ΔΣ ,σύμφωνα με το οποίο εγκρίνονται η διενέργεια και οι τεχνικές προδιαγραφές και η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) πολυθρονών με ζυγό και πέντε (5) πολυθρονών χωρίς ζυγό, προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV 33193120-6) ΚΑΕ 7131.
- Την με αρ 37/21-11-2023(θέμα 3) έγκριση σκοπιμότητας από το ΔΣ του νοσοκομείου της προμήθειας **«πολυθρονών αιμοκάθαρσης»** σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προηγούμενης διαγωνιστικής που εγκρίθηκαν με το με αρ 35/30-11-2022 (θέμα 3) πρακτικό ΔΣ.
- Το με αρ πρ 12964/29-11-2023 ΑΔΑΜ: **23REQ013855824** αίτημα για την προμήθεια **«πολυθρονών αιμοκάθαρσης»**.
- Την με αρ πρ 12968/29-11-2023 ΑΔΑΜ: 23REQ013855879, δέσμευση του προϋπολογισμού 2023, ΚΑΕ 7131.

Άρθρο 3°

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος, είναι:

1. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρθρο 4^ο

Κριτήριο κατακύρωσης

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των όρων της τεχνικής περιγραφής.

Άρθρο 5^ο

Προσφορές

Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι ετοιμοπαράδοτα και να αναγράφεται στην προσφορά από τον οικονομικό φορέα.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί και θα τιμολογηθεί αυστηρά έως 28-12-2023.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας σε κλειστό φάκελο το αργότερο έως την **ΠΕΜΠΤΗ 07/12/2023 στις 11:30 π.μ και με ώρα διενέργειας 13.00 μμ** , στην οποία πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος:

1. Η λέξη Προσφορά.
2. Προς «Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας – Τμήμα Προμηθειών».
3. Το πρωτόκολλο και ο τίτλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
4. Τα στοιχεία της επιχείρησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφόσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης. Ο κάθε οικονομικός φορέας καταθέτει προσφορά με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Επιπρόσθετα μαζί με την οικονομική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- 1 Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- 2 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- 3 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,

αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου.

- 4 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.

Το εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως και τρεις μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:

- Φυσικά πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε και Ε.Ε
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Διαχειριστές ΙΚΕ
- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη διοικητικού συμβουλίου για Α.Ε
- Μέλη διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

Εάν δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αποκλεισμού, αυτή ανέρχεται σε (5) πέντε έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

- 5 Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
- 6 Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
- 7 Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα -μέλος της.

Τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά, ισχύουν εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

- 8 Για την μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο εδάφιο γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2106, και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην περίπτωση γ της παρ 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού αυτού.

- 9 για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις ως άνω υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ 18 παρ 2 ν.4412/16.
- 10 Για τις περιπτώσεις εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
- 11 υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οι εξής λόγοι αποκλεισμού α) ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και β) δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν για Δώδεκα (12)μήνες από την κατάθεσή τους.

Άρθρο 6ο

Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος της προμήθειας, στον οποίο έγινε η κατακύρωση της σύμβασης, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση ή προσέλθει εκπρόθεσμα, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταβολή του περιεχομένου της σύμβασης είναι άκυρη εφόσον δεν φέρει την υπογραφή και των δύο συμβαλλομένων.

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί, θα περιλαμβάνουν τους όρους της συγγραφής υποχρεώσεων, της τεχνικής περιγραφής, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της προσφοράς του αναδόχου.

Άρθρο 7ο

Χρόνος παροχής της υπηρεσίας-Παραλαβή εργασιών

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί και θα τιμολογηθεί αυστηρά έως 28-12-2023

Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά, ύστερα από σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής αρμοδίως υπογεγραμμένο από την Αρμόδια τριμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου..

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο νόμιμες κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης .

Το Νοσοκομείο βαρύνει ο ΦΠΑ, οι υπόλοιπες κρατήσεις όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία, βαρύνουν τον ανάδοχο.

Κατά τα λοιπά η παραλαβή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/16

Άρθρο 8ο

Υποχρεώσεις του αναδόχου / εντολοδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.

Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου

Η παρακολούθηση της «προμήθειας» θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής.

Πληρωμή του Αναδόχου από το Ταμείο του Νοσοκομείου και ύστερα από την παραλαβή των σχετικών λογαριασμών –παραστατικών και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία και τηνπροσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 10ο

Έκπτωση του αναδόχου

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως σήμερα ισχύουν ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις του επιβλέποντος Νοσοκομείου, καλείται με ειδική πρόσκληση του Διοικητή ή λαμβάνοντας υπόψη, να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Εάν ο

ανάδοχος, συνεχίσει να μην συμμορφώνεται, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4782/2021, για την κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου.

Άρθρο 11ο

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας

είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 12°

Πλημμελής παροχή της «προμήθειας»- Ποινικές Ρήτρες

Εάν η εκτέλεση της «προμήθειας» δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει τα όποια λάθη διαπιστωθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου παραδόσεως ή αντικαταστάσεως των συμβατικών υπηρεσιών επιβάλλεται σε βάρος του αναδόχου, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο υπολογιζόμενο κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά το Νοσοκομείο διατηρεί όλα τα δικαιώματα του σε βάρος του αναδόχου για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημιάς που ήθελε υποστεί εξαιτίας της αθετήσεως των συμβατικών του υποχρεώσεων και της μη εκπληρώσεως της συμβάσεως.

Άρθρο 13ο

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται μετά τη λήψη του σχετικού παραστατικού δαπάνης και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση, τιμολόγηση και παραλαβή των ειδών από το νοσοκομείο.

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί και θα τιμολογηθεί αυστηρά έως 28-12-2023

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από το Νοσοκομείο εντός τριάντα (60) ημερών μετά την υποβολή των σχετικών παραστατικών δαπάνης από αυτόν. Η υποβολή δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή για την καλή εκτέλεση των εργασιών. Η ημερομηνία υποβολής αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής.

Άρθρο 14°

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος-ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων, που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας., ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 15°

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣ	ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΖΥΓΟ	1				
2	ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ.	4				

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΣΙΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ.

1. Να είναι καινούρια, αμεταχειρίστη, τελευταίας τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη λειτουργία της.
2. Η πολυθρόνα να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 230V/50HZ ή/και με ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (optional). Να προσφερθεί το σύστημα μπαταριών προς αξιολόγηση.
3. Να είναι στιβαρή και ανθεκτική, να φέρεται σε τροχήλατη, ευρεία και αντιστρεπτική βάση βαρέως τύπου και το πλαίσιο να είναι κατασκευασμένο από ισχυρό υλικό. Να καλύπτεται από θερμοπλαστικό υλικό για τον εύκολο καθαρισμό της.
4. Να φέρει κεντρικό μηχανισμό ακινητοποίησης των τεσσάρων τροχών (κεντρικό φρένο) με ποδομοχλούς και στις δύο πλευρές.
5. Να έχει μονωμένο μετασχηματιστή που να τροφοδοτεί τα μοτέρ και το χειριστήριο με χαμηλή τάση, σύμφωνα με τα διεθνή STANDARD, για την ασφάλεια του ασθενή-νοσηλευτή.
6. Να υπάρχει προαιρετική επιλογή (option) να φέρει επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία θα επιτρέπει την πλήρη λειτουργία της για αρκετή ώρα και για την εκτέλεση πολλών κινήσεων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος(optional). Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες να είναι ικανές να υποστηρίξουν την πλήρη λειτουργία της πολυθρόνας για αρκετή ώρα και να φορτίζονται αυτόματα όσο η πολυθρόνα είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της πολυθρόνας.
7. Να λειτουργεί πλήρως (όλες οι λειτουργίες της πολυθρόνας, επαναφόρτιση μπαταριών και ηλεκτρικός εξοπλισμός πολυθρόνας) λαμβάνοντας ρεύμα από μία μόνο παροχή ρεύματος (ένα καλώδιο τροφοδοσίας), προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας EN 60601-1.
8. Η κυρίως πολυθρόνα να φέρει πέντε μοτέρ ανθεκτικά στην ήπια διαβροχή, παρέχοντας τη δυνατότητα πολλαπλών ανεξάρτητων κινήσεων όπως:
 - Ανεξάρτητη κίνηση των τριών τμημάτων της (πλάτη-κάθισμα-πόδια)
 - Κίνηση του υποποδίου 28cm περίπου
 - Ρύθμιση του ύψους (55-75cm περίπου)
 - Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας την θέση trendelenburg (τουλάχιστον -11ο) με ποδοδιακόπτες και στις δύο πλευρές της βάσης της πολυθρόνας και επαναφορά
 - Αυτόματη επαναφορά στη θέση καθίσματος με το πάτημα ενός πλήκτρου
 - Είναι απαραίτητο όλες οι κινήσεις να είναι ηλεκτρικές και να ελέγχονται ανεξάρτητα από κάθε μοτέρ, μέσω χειριστηρίου.
 - Να αναφερθούν οι κλίσεις που επιτυγχάνονται σε κάθε κίνηση προς αξιολόγηση.

Ο απαιτούμενος χρόνος αυτόματης ρύθμισης σε θέση trendelenburg να μην ξεπερνά τα 11 δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα της ρυθμίσεως θα εκτιμηθεί.

9. Το χειριστήριο να είναι ευκρινές με ξεχωριστό πλήκτρο για την εκτέλεση κάθε κίνησης. Κάθε πλήκτρο να έχει κατάλληλη και ευκρινή σήμανση. Να έχει πλήκτρο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του φωτισμού του. Να έχει διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργοποίησής του, προκειμένου να μπορεί να «κλειδώνει», προστατεύοντας από ανεπιθύμητη ή/και λανθασμένη χρήση του.

Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης σε θέση Trendelenburg είναι απαραίτητο να μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα και όταν το χειριστήριο έχει κλειδώσει.

10. Να φέρει ειδική θέση συγκράτησης του χειριστηρίου στον βραχίονα.

11. Να έχει ορθοπεδικό στρώμα άκαυστο και αντιβακτηριδιακό κατασκευασμένο από ειδικό αντιιδρωτικό, πορώδες δέρμα μεγάλης αντοχής. Να μην φέρει εξωτερικές πτυχωσεις, γαζιά και Velcro που αποτελούν εστίες μόλυνσης σε κανένα σημείο.

12. Το στρώμα να αποτελείται από τρία ανεξάρτητα τμήματα (πλάτη-κάθισμα-στήριγμα ποδιών), τα οποία να δύνανται να απομακρύνονται και να αντικαθίστανται ξεχωριστά. Τα τμήματα του καθίσματος και των ποδιών να έχουν επιφάνεια πλήρους αλληλεπικάλυψης ώστε να μη δημιουργείται κενό μεταξύ των τμημάτων καθίσματος και ποδιών σε οποιαδήποτε θέση ρύθμισης των τριών τμημάτων, προστατεύοντας από εστίες λοίμωξης, φθορές του ρουχισμού και τραυματισμούς του ασθενούς.
13. Να διαθέτει γείωση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς και του νοσηλευτικού προσωπικού.
14. Να είναι καλυμμένα τα μηχανικά και τα ηλεκτρικά μέρη (μοτέρ, έμβολα, καλώδια κ.λ.π.).
15. Να έχει αποσπώμενους φαρδείς (τουλάχιστον 15cm) και ανθεκτικούς βραχίονες κατασκευασμένους από το ίδιο υλικό με το στρώμα, σταθερούς, με ειδική –μη εκτεθειμένη (εσωτερική)- άρθρωση καλυμμένη από θερμοπλαστικό υλικό, για τον εύκολο καθαρισμό και την αποφυγή εστιών λοίμωξης, η οποία να επιτρέπει τη ρύθμιση των βραχιόνων σε πολλαπλές θέσεις σε όλους τους άξονες (κλίση, περιστροφή) προκειμένου να επιτυγχάνεται απόλυτη ευθυγράμμιση του χεριού κάθε ασθενούς. Η άρθρωση να σταθεροποιείται στην επιθυμητή θέση με εύρηστο μηχανισμό. Οι βραχίονες να μπορούν να τοποθετηθούν σε θέση ανάκλισης παράλληλα με το τμήμα της πλάτης όταν η πολυθρόνα βρίσκεται σε θέση καθίσματος και να επανέρχονται, διευκολύνοντας την είσοδο και έξοδο του ασθενούς.
16. Οι βραχίονες να δέχονται βάρος τουλάχιστον 40 κιλών (στο κέντρο τους) και να έχουν προστατευτικό μηχανισμό , προκλήσεως προοδευτικής ταλάντωσης όταν ασκείται στιγμιαία υπερβάλλουσα δύναμη (άνω των 25κιλών) στο άκρο τους, για την αποφυγή και πρόληψη σπασίματος και φθορών Να αναφερθούν οι διαστάσεις τους προς αξιολόγηση. Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά να πιστοποιούνται από τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή και να αποτελούν στοιχείο ελέγχου του ISO και του CE της πολυθρόνας.
17. Να έχει φαρδύ, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και εύκολα αποσπώμενο υποπόδιο. Να συνοδεύεται από προστατευτικά πλαστικά καλύμματα στο στήριγμα των ποδιών και το υποπόδιο για την αποφυγή φθορών.
18. Να έχει ενσωματωμένο, ρυθμιζόμενο και εύκολα αποσπώμενο μαξιλαράκι κεφαλής που να μπορεί να ρυθμίζεται καθ' ύψος εύκολα, ακόμα και με το ένα χέρι από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
19. Να δέχεται ασθενείς μεγάλου σωματικού βάρους τουλάχιστον 240 κιλά, πιστοποιημένα στο CE και το ISO
20. Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι φάρδος 80-90 εκ, περίπου (περιλαμβανομένων των βραχιόνων) και μήκος 205-230εκ. περίπου.
21. Να έχει επιπλέον προαιρετικές επιλογές, οι οποίες και να προσφερθούν προς αξιολόγηση, όπως π.χ.:
- Δυνατότητα προσθήκης στατώ τεσσάρων θέσεων – άγκιστρων.
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τα κριτήρια που ανωτέρω αναλύθηκαν.
- Δεύτερο χειριστήριο το οποίο να μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με το πρώτο προκειμένου να επιτυγχάνεται άριστη πρόσβαση από όλες τις πλευρές της πολυθρόνας, τόσο από τον ασθενή όσο και από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.
22. Να συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.
23. Να υπάρχει Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών για 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης.
24. Η Εγκατάσταση & Εκπαίδευση Προσωπικού και Τεχνικής Υπηρεσίας να πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο.
25. Όλα τα επιμέρους σημεία των προδιαγραφών να αποδεικνύονται από και να αναφέρονται στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή, προκειμένου να πιστοποιείται η

συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών με τις προδιαγραφές σύμφωνα με έλεγχο του προϊόντος και των προαιρετικών επιλογών αυτού από Κοινοποιημένο Οργανισμό για την πιστοποίηση ISO και CE όλων των προδιαγραφών του προϊόντος. Μερική συμμόρφωση κατόπιν ειδικών τροποποιήσεων, μη ελεγμένων και πιστοποιημένων από Κοινοποιημένο Οργανισμό, δύναται να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού.

26. Ο προμηθευτής να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει σχετικά με τη συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους είναι ακριβή και το είδος συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα σε αντίθετη περίπτωση (ήτοι μη συμμόρφωσης) να αρνηθεί την παραλαβή του εξοπλισμού και να αναθέσει την προμήθεια στον επόμενο μειοδότη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΖΥΓΟ

- 1) Η πολυθρόνα αιμοκάθαρσης να είναι πλήρης, καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας κατάλληλη για χρήση σε Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.
- 2) Η πολυθρόνα να φέρεται σε τροχήλατη βάση τεσσάρων αντιστατικών τροχών βαρέως τύπου με κεντρικό μηχανισμό ακινητοποίησης όλων των τροχών(κεντρικό φρένο).
- 3) Να φέρει χειρολαβές και στις δύο πλευρές της για την εύκολη μετακίνησή της.
- 4) Το πλαίσιο να είναι ανθεκτικό, κατασκευασμένο από υψηλής ανθεκτικότητας ατσάλι.
- 5) Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 230V/50HZ.
- 6) Να έχει μονωμένο μετασχηματιστή που να τροφοδοτεί τα μοτέρ και το χειριστήριο με χαμηλή τάση, σύμφωνα με τα διεθνή STANDARD, για την ασφάλεια του ασθενή-νοσηλευτή.
- 7) Η πολυθρόνα να μπορεί να δέχεται δότες μεγάλου σωματικού βάρους έως και 200 κιλά.
- 8) Η πολυθρόνα να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις κινητήρες με ενσύρματο χειριστήριο για ρύθμιση των κινήσεων.
- 9) Το χειριστήριο να φέρει ανεξάρτητα πλήκτρα κατάλληλα και ευκρινώς σημειωμένα για την εκτέλεση κάθε ανεξάρτητης κίνησης.
 - Να φέρει ξεχωριστά αυτόνομα πλήκτρα με ειδικό χρωματισμό για την άμεση αυτόματη ρύθμιση στις θέσεις Εισόδου, Κρεβατιού (BED) και Trendelenburg (TRB).
 - Να φέρει Υδροπροστατευτικό Περιβάλημα IP 67 και αντικαθιστώμενη μεμβράνη προστασίας.
 - Να έχει Μικρο-διακόπτες για την προστασία και αξιόπιστη ρύθμιση των ηλεκτροκινητήρων
- 10) Η κυρίως πολυθρόνα να έχει δυνατότητα πολλαπλών κινήσεων όπως:
 - α. Ανεξάρτητη κίνηση των τριών τμημάτων της (πλάτη-κάθισμα-πόδια)
 - β. Ανεξάρτητη Κίνηση του υποποδίου (foot rest).
 - γ. Ανεξάρτητη Ρύθμιση του ύψους.
 - δ. Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας στη θέση trendelenburg και επαναφορά.

ε. Ανεξάρτητη και αυτόματη ρύθμιση της πολυθρόνας σε απόλυτα οριζόντια θέση και επαναφορά.

στ. Είναι απαραίτητο όλες οι κινήσεις (πλην του υποποδίου) να είναι ηλεκτρικές με ανεξάρτητο μοτέρ για κάθε κίνηση και να γίνονται μέσω χειριστηρίου.

- 11) Να ρυθμίζεται άμεσα σε θέση trendelenburg με το πάτημα ενός πλήκτρου. Η θέση trendelenburg που επιτυγχάνεται να είναι τουλάχιστον -12 μοίρες και ο χρόνος τοποθέτησης στη θέση trendelenburg συντομότερος των 15 δευτερολέπτων.
- 12) Να φέρει κουμπί Πλήκτρο Παύσης, (STOP) όλων των κινήσεων για περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης. Το κουμπί Έκτακτης Ανάγκης να μη βρίσκεται επί του χειριστηρίου προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη ή/και η εκ παραδρομής χρήση του από τον ασθενή.
- 13) Η εν γένει ηλεκτρική λειτουργία της να ελέγχεται ηλεκτρονικά από μονάδα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή με κατάλληλο σύστημα προστασίας των ηλεκτροκινητήρων από υπερφόρτωση για την προστασία και την επέκταση του χρόνου ζωής των ηλεκτροκινητήρων.
- 14) Οι διαστάσεις της πολυθρόνας να είναι φάρδος 80-90 εκ. περίπου (περιλαμβανομένων των βραχιόνων), μήκος 205-220 εκ. περίπου, η ηλεκτρική ρύθμιση ύψους 55-75 εκ. περίπου, κλίση ποδιών 0 έως -30 μοίρες περίπου και κλίση πλάτης 0 έως 80 μοίρες περίπου.
- 15) Να έχει εύκολα αποσπώμενο και αντικαθιστώμενο αντιμικροβιακό και άκαυστο ορθοπεδικό στρώμα κατασκευασμένο από ειδικό αντι-ιδρωτικό, πορώδες υλικό μεγάλης αντοχής και κατάλληλη ανθεκτική επένδυση για προστασία από φθορές. Να καθαρίζεται χωρίς πρόβλημα από όλα τα εγκεκριμένα απολυμαντικά και υγρά καθαρισμού.
- 16) Να φέρει διάφανα πλαστικά προστατευτικά καλύμματα στην περιοχή των ποδιών και του υποποδίου για την προστασία από φθορές.
- 17) Να διαθέτει αποσπώμενο μαξιλάρι κεφαλής το οποίο θα μετακινείται εύκολα ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή.
- 18) Να φέρει ενσωματωμένο και καθ' ύψος ρυθμιζόμενο στατώ με 4 θέσεις συγκράτησης διαλυμάτων
- 19) Να είναι καλυμμένα τα μηχανικά και τα ηλεκτρικά μέρη (μοτέρ, έμβολα, καλώδια κ.λ.π.)
- 20) Να έχει βραχίονες κατασκευασμένους από το ίδιο υλικό με το στρώμα, φαρδείς (τουλάχιστον 15εκ.), σταθερούς με ειδικές αρθρώσεις που επιτρέπουν τη ρύθμισή τους σε πολλαπλές θέσεις (όπως κλίση, και καθ' ύψος ρύθμιση). Η άρθρωση να σταθεροποιείται στην επιθυμητή θέση με εύχρηστο μηχανισμό. Οι βραχίονες να δύνανται να τοποθετηθούν σε ανάκλιση (παράλληλα με την πλάτη) όταν η πολυθρόνα βρίσκεται στη θέση εισόδου, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασθενών και να ευθειάζονται με την επιφάνεια κατάκλισης όταν η πολυθρόνα τοποθετείται σε θέση κρεβατιού ή TRENDELENBURG.
- 21) Η πολυθρόνα να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ακριβούς ζύγισης, τροφοδοτούμενο με ιατρικά εγκεκριμένη παροχή ρεύματος DC24. Να είναι πιστοποιημένη για ιατρική χρήση από Κοινοποιημένο Οργανισμό κατά Κλάση CE κατηγορίας Im (όχι απλώς Class I) επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πιστοποιείται η καταλληλότητά της και του ενσωματωμένου συστήματος ζύγισης για ιατρική χρήση βάσει των κοινοτικών οδηγιών 93/42/EEC , 217/175 EU και 2014/31/EE.
- 22) Να λειτουργεί πλήρως (όλες οι λειτουργίες της πολυθρόνας, ζυγός, τυχόν σύστημα επαναφόρτισης μπαταριών και ηλεκτρικός εξοπλισμός πολυθρόνας) λαμβάνοντας ρεύμα από μία μόνο παροχή ρεύματος (ένα καλώδιο τροφοδοσίας), προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας EN 60601-1.

23) Να επιδέχεται προσθήκη επιπλέον προαιρετικών επιλογών κατά την κατασκευή της όπως:

A. Ενσωμάτωση επαναφορτιζόμενων μπαταριών υψηλής αντοχής, μακράς ζωής και διάρκειας, για την υποστήριξη της λειτουργίας της πολυθρόνας για επαρκές διάστημα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και όχι απλώς για επαναφορά σε όρθια θέση.

B. Ενσωμάτωση επιπλέον ηλεκτροκινητήρα για ανεξάρτητη ηλεκτρική ρύθμιση του υποποδίου.

Οι προαιρετικές επιλογές αυτές να προσφερθούν προς αξιολόγηση

24) Η πολυθρόνα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/EEC και να είναι καταχωρημένη ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας CE Class Im, προκειμένου να συμμορφώνεται και με την οδηγία 2014/31/EE. Εφόσον ενσωματώνεται ο ζυγός θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υπάρχει CE mark κατηγορίας M (CE mark Class Im), βάσει της κείμενης Νομοθεσίας.

25) Ο κατασκευαστής να είναι εγγεγραμμένος στη EUDAMED και πιστοποιημένος κατά ISO 9000:2015, ISO 13485:2016 και ISO 14001:2015 ή νεότερες εκδόσεις.

26) Να προσφέρεται με εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών και βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη από την εγκατάσταση του εξοπλισμού.

27) Όλα τα επιμέρους σημεία των προδιαγραφών να αποδεικνύονται από και να αναφέρονται στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή, προκειμένου να πιστοποιείται η συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών με τις προδιαγραφές σύμφωνα με έλεγχο του προϊόντος και των προαιρετικών επιλογών αυτού από Κοινοποιημένο Οργανισμό για την πιστοποίηση ISO και CE όλων των προδιαγραφών του προϊόντος. Μερική συμμόρφωση κατόπιν ειδικών τροποποιήσεων, μη ελεγμένων και πιστοποιημένων από Κοινοποιημένο Οργανισμό, δύναται να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού.

28) Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά (CE, ISO κτλ) να συνυποβληθούν με την προσφορά.

Προσφορές υποβάλλονται για κάθε είδος χωριστά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του.

Παρακαλώ να τηρηθεί το υπόδειγμα του πίνακα για την αρ. των ειδών και την οικονομική προσφορά.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	Χ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ