



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:16-1-2024  
Αρ. Πρωτ 940/17-1-2024

## Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Διεύθυνση :Διοικητικού-Οικονομικού  
Τμήμα: Οικονομικό  
Πληρ.: Μώκου Λ.  
Τηλ.: 2682361310  
Φαξ: 2682024837  
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  
Mail: lina.mokou@prevezahospital.gr

### ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Α) ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ CUF(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) με CPV 33192000-2 προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Β) ΡΥΓΧΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ (ρύγχη και φιαλίδια) CPV 33790000-4, προϋπολογισμού 80,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και για χρονικό διάστημα έως την τελεσφόρηση του ανοιχτού διαγωνισμού.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ **24/01/2024 στις 11:30 π.μ σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών** για τα κάτωθι είδη, Α) ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΕΣ ΜΕ CUF(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ) με CPV 33192000-2 προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Β) ΡΥΓΧΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ (ρύγχη και φιαλίδια) CPV 33790000-4, προϋπολογισμού 80,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου, **ΚΑΕ 1311.**

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.epromy.gr](http://www.epromy.gr)) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

### Δικαιολογητικά συμμετοχής

- Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΑ
1	ΡΥΓΧΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΛΕΥΚΑ 0,5 – 10ML ΤΥΠΟΥ OXFORD ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΠΙΠΕΤΑ ΤΥΠΟΥ OXFORD, ID-PIRECTOR FP-6	TEM	2000				

	<b>VOL.O.2000L</b> , ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.						
2	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 6-6,5-7,7,5-8-8,5	ΤΕΜ(2 ΤΕΜ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΝΟΥΜ	12				
3	ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ NO 6- 6,5-7,7,5-8-8,5	ΤΕΜ(2 ΤΕΜ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΝΟΥΜ	12				

- Η Κατάθεση δειγμάτων από τους προσφέροντες , είναι υποχρεωτική και η μη προσκόμισή τους , αποτελεί λόγο απόρριψης και ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν4412/2016.

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

1.ΡΥΓΧΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΙΠΕΤΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΠΙΠΕΤΑ **ΤΥΠΟΥ OXFORD, ID-PIPECTOR FP-6 VOL.O.2000L**, ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ.

#### **2.ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ CUFF**

1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ(**ΜΕ CUFF**)
2. ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15 ΧΙΛ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΚΑ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
3. ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΕ LUER LOCK
4. ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΙΛΕΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

#### **3.ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ CUFF**

1. ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ CUFF ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ
2. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΧΕΝΑ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΗ
3. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ 15 ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ή ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ -ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
4. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ(ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ) ΜΕ ΛΕΠΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ
5. ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΠΤΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΜΕ LUER LOCK
6. ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ
7. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**