



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα :24/11/2016

Αρ. Πρωτ.9091



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: Τεχνικό  
Πληρ.....: Δρόσου Ελένη  
Τηλ. ....: 2682361316  
Fax .....: 26820 24837  
Ταχ. Δ/ση ...: Σελεύκειας 2  
481 00, Πρέβεζα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την επισκευή του κλιβάνου ατμού του Νοσοκομείου.

**ΣΧΕΤ.:** Η αριθ. Πρωτ.ΔΣ1028/17-11-2016 απόφαση Διοικητή για την έγκριση ελέγχου και επισκευής του κλιβάνου ατμού για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως **30/11/2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 11πμ**, λόγω του κατεπείγοντος για τον έλεγχο και την επισκευή του κλιβάνου ατμού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **3300€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1439) και **1400€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0879) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών ([www.epromy.gr](http://www.epromy.gr)) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

#### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στον κλίβανο ατμού μάρκας GETTINGE τύπου GE-6612 ERK-1 B100 S.N 68456-011 1991 V48 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

- Αντικατάσταση λάστιχου πόρτας.
- Αντικατάσταση φίλτρου αέρα.
- Αντικατάσταση βαλβίδας bleeder.
- Αντικατάσταση αντλίας κενού.
- Αλλαγή σωληνώσεων Teflon.

Μετά το τέλος των εργασιών ο κλίβανος θα παραδοθεί μετά από πλήρη έλεγχο καλής λειτουργίας με πρόγραμμα ελέγχου στεγανότητας (leak test P6) καθώς και πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας ατμού (P3 Bowie Dick Test).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ