



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα :20/12/2016

Αρ. Πρωτ.9992



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα.....: ΤΕΧΝΙΚΟ
Τηλ.: 2682361316
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ενός ψυγείου για τον ξενώνα του προγράμματος Ψυχαργώς του Γ. Ν. Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ. Η αριθ. Πρωτ.ΔΣ1154/20-12-2016 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ενός ψυγείου, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του ξενώνα του προγράμματος Ψυχαργώς του Γ. Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως **27/12/2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ 11πμ**, λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια του υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού **550,00€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1899) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550€ με ΦΠΑ)

- Τύπος: Δίπορτο
- Κατασκευή: Ελεύθερο
- Χρώμα: Λευκό
- Χαμηλά επίπεδα θορύβου (<45dB)
- Ύψος σε (m): 1,80 (+10cm, -5cm)
- Πλάτος σε (m): 0,80 cm (+10cm, -5cm)
- Βάθος σε (m): 0,70 cm (± 5 cm)
- Ενεργειακή Κλάση: A+ (τουλάχιστον)
- Χωρητικότητα Συντήρησης: 300 λίτρων περίπου (να αναφερθεί)
- Χωρητικότητα Κατάψυξης: 100 λίτρων περίπου (να αναφερθεί)
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 12h τουλάχιστον
- Εγγύηση: 2 ετών τουλάχιστον

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ