



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα: 30/01/2019
Αρ. Πρωτ.: 1082

Τμήμα.....: Οικονομικό
Πληρ.....: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361310
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
MAIL: p.ioannou@prevezahospital.gr

ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών και τεχνικών προσφορών για την προμήθεια ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

Σχετ. Το αριθμ. Πρωτ. 1009/29-01-2019 πρωτογενές αίτημα προμήθειας ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ 06/02/2019 και ώρα 12.00 π.μ. σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ** στο γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου λόγω του κατεπείγοντος για το κάτωθι είδος για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν), και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

A/A	Περιγραφή Είδους	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μονάδος	ΠΡΟ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
1	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ 18GX80mm	60				

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ)

Το σετ να περιλαμβάνει:

1. Βελόνα επισκληριδίου Tuochy
 - a. Με μήκος 80 mm/ 18 G.
 - b. Βαθμονομημένη κατά μήκος της για καλύτερο προσδιορισμό του βάθους της.
 - c. Να φέρει πτερύγια στο ένα της άκρο για ευκολότερη εισαγωγή της στον επισκληρίδιο χώρο.
 - d. Να φέρει μηχανισμό κλειδώματος της υπαραχνοειδούς βελόνας πάνω στην επισκληρίδιο βελόνα.

2. Βελόνα υπαρχνοειδούς αναισθησίας.

- a. να έχει μήκος ικανό ώστε να εισάγετε μέσα από την Tuochy και με διάμετρο 27G μήκος 127mm.
- b. να είναι ατραυματική (Sprotte).
- c. να κλειδώνει πάνω στην Tuochy.

3. Καθετήρα για τοποθέτησή του στον επισκληρίδιο χώρο μέσα από την βελόνα Tuochy.

- a. το ένα του άκρο να είναι αμβλύ, μαλακό και τυφλό και να φέρει πολλαπλές οπές.
- b. να είναι ακτινοσκοπικός.
- c. να είναι βαθμονομημένος κατά μήκος για καλύτερο έλεγχο του βάθους του.

4. Να έχει αυτοκόλλητο στηρικτικό του καθετήρα και του φίλτρου πάνω στο δέρμα.

5. Να έχει φίλτρο παγίδευσης αέρα και να είναι και αντιμικροβιακό.

Το σετ να είναι αποστειρωμένο και να είναι μιας χρήσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ