



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρέβεζα 6-11-2013

Αρ.Πρωτ.: 8846

Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ: Δρόσου Χρ.
Τηλ.: 26823 61310
Fax: 26820 24837
Ταχ. Δ/ση : Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «Εξοπλισμού ιατρικών αερίων».

ΣΧΕΤ. Η αριθ. πρωτ. 1462/5-11-2013 απόφαση Διοικητή περί έγκρισης προμήθειας «Εξοπλισμού ιατρικών αερίων» με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά έως **15/11/2013** ημέρα Παρασκευή λόγω του κατεπείγοντος στο παρακάτω E-MAIL xristina.drosou@1706.syzefxis.gov.gr ή σε κλειστό φάκελο στο τμήμα Προμηθειών για τα κάτωθι είδη, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι **κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών** που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα. Σε περίπτωση που η εταιρεία σας δεν διαθέτει τα εν λόγω είδη παρακαλούμε να μας απαντήσετε μέσω του FAX του Νοσοκομείου μας.

Δίνεται συνημμένος πίνακας προσφοράς και προδιαγραφών (σελίδες 2).

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ/ΤΕΜ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ (ΔΙΠΛΟ)	12	ΤΕΜ		
2	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	3	ΤΕΜ		
3	ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ	20	ΤΕΜ		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ)		
1	Ποιότητα κατασκευής	Υψηλής (ανοξειδωτο μέταλλο)
2	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν
3	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
4	Συνεχή ρύθμιση της ροής μέσω περιστροφικού ρυθμιστή	0 έως 15 L / min περίπου
5	Διάταξη μέτρησης ροής	Υψηλής ακρίβειας, να περιγραφεί
6	Διάταξη συνεχούς ρύθμισης της παροχής	Υψηλής ακρίβειας, αν διαθέτει να περιγραφεί
7	Κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του υπάρχοντος νοσοκομειακού δικτύου	ΝΑΙ
8	Δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή	ΝΑΙ
9	Ταχυσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης	ΝΑΙ
10	Θέσεων	Δυο (2), εξαιρείται η θέση off
11	Συμβατό με το πρότυπο ISO-EN13220	ΝΑΙ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ		
12	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν
13	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
14	Ένδειξη στάθμης του νερού	ΝΑΙ
15	Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου	ΝΑΙ
16	Ανθεκτικής κατασκευής και άθραυστος	ΝΑΙ
17	Ύγρανση του O ₂	Να αναφερθεί η όλη διαδικασία και θα αξιολογηθεί
18	Δυνατότητα αποστείρωσης	ΝΑΙ ,να περιγραφεί ο τρόπος .
19	Εγγύηση καλής λειτουργίας	Τουλάχιστον 2 έτη
20	Διάθεση ανταλλακτικών	Τουλάχιστον 10 έτη
21	Να διαθέτει CE Mark	ΝΑΙ

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ(ΦΙΑΛΗΣ)		
1	Ποιότητα κατασκευής	Υψηλής (ανοξείδωτο μέταλλο)
2	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν
3	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
4	Συνεχή ρύθμιση της ροής μέσω περιστροφικού ρυθμιστή	0 έως 15 L / min περίπου
5	Διάταξη μέτρησης ροής σε τόσα επίπεδα έτσι ώστε να καλύπτει ανάγκες ενηλίκων και παιδών	Υψηλής ακρίβειας, να περιγραφεί
6	Διάταξη συνεχούς ρύθμισης της παροχής	Υψηλής ακρίβειας, αν διαθέτει να περιγραφεί
7	Να διαθέτει μειωτήρα για φιάλη οξυγόνου	ΝΑΙ
8	Ταχυσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης	ΝΑΙ
9	Συμβατό με το πρότυπο ISO-EN13220	ΝΑΙ
10	Εμφανής ένδειξη ότι το ροόμετρο προορίζεται για οξυγόνο	ΝΑΙ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ		
11	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν
12	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
13	Ένδειξη στάθμης του νερού	ΝΑΙ
14	Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου	ΝΑΙ
15	Ανθεκτικής κατασκευής και άθραυστος	ΝΑΙ
16	Ύγρανση του O ₂	Να αναφερθεί η όλη διαδικασία και θα αξιολογηθεί
17	Δυνατότητα αποστείρωσης	ΝΑΙ ,να περιγραφεί ο τρόπος .
18	Εγγύηση καλής λειτουργίας	Τουλάχιστον 2 έτη
19	Διάθεση ανταλλακτικών	Τουλάχιστον 10 έτη
20	Να διαθέτει CE Mark	ΝΑΙ